

**SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE NRFIT DE ANESTESIA Y SISTEMAS PARA TÉCNICAS NEUROAXIALES (EPIDURAL-INTRADURAL) O DE BLOQUEOS NERVIOSOS PERIFÉRICOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN
(EXPEDIENTE SARA-SUM 008/24)**

CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Tras la revisión de la documentación técnica, y de acuerdo con el procedimiento abierto con pluralidad de criterios, se concluye que las ofertas técnicas presentadas por las empresas relacionadas a continuación, cumplen con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

NIF	Licitador	Lotes
B95492716	AMEBIL, S.L.	4 y 5
A08092744	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11
A50140706	BECTON DICKINSON, S.A.	1, 4 y 5
A58426008	GRIFOLS MOVACO, S.A.	2, 4, 5 y 6
A28536480	VYGON, S.A.	1, 2 y 4

No cumplen con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

NIF	Licitador	Lote	Motivación
B95492716	AMEBIL, S.L.	10	Longitud < 200 cm
A08092744	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	9	Puerto superior de llenado SIN conexión NRFit y válvula antirreflujo que proporciona un llenado fácil y seguro
A08092744	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	6	NO Cono de sujeción ergonómico transparente
A58426008	GRIFOLS MOVACO, S.A.	8	Jeringa de baja resistencia de 10 ml, con marcas de graduación NO elípticas y conexión NRFit Marcado en cm, de 5 cm a 20 cm, SIN marca de salida de aguja Tuohy
A58426008	GRIFOLS MOVACO, S.A.	9	Puerto superior de llenado SIN conexión NRFit y válvula antirreflujo que proporciona un llenado fácil y seguro Capacidad <400ml
A28536480	VYGON, S.A.	10	Longitud < 200 cm

Alcorcón, 05 de febrero de 2025

Fdo: Dr. Jose Ignacio Garcia Sánchez
Jefe Unidad Anestesia y Reanimación