



**EXPEDIENTE: 2025000011**

**OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de PRÓTESIS HÍBRIDAS PARA REPARACIÓN DE AORTA ASCENDENTE para el Servicio de Cirugía Cardíaca Adultos, para cubrir las necesidades del Hospital.

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	1	<b>ENDOPRÓTESIS AÓRTICA HÍBRIDA PARA IMPLANTACIÓN MEDIANTE TÉCNICA DE TROMPA DE ELEFANTE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Injerto de Dacron recto, sellado con gelatina y 4 ramas laterales, calibres de 22-32 mm.</li><li>- Stent distal de nitinol recubierto con poliéster, calibres de 24-40 mm y longitud de 10-15 cm.</li><li>- Collar de Siena en la zona de transición entre el tubo y el stent.</li><li>- Soporte-guía del stent maleable.</li></ul>

**ANEXO:**

1. Se aportará el correspondiente y obligado marcado CE de cada artículo o declaración de conformidad.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso.
3. Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
4. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:
  - Relación de productos ofertados.
  - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de informe técnico.

A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.

5. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.

En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.

En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con posterioridad.

El procedimiento será:


- Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha.).
- Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
  - Nº Procedimiento.
  - Nº de Lote – Orden.
  - Nombre del proveedor.
- Al entregar en Almacén las muestras se sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
- Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.



6. Etiquetado en el que figure:
  - a. La denominación del artículo.
  - b. El método de esterilización utilizado.
  - c. Las fechas de caducidad del producto.
  - d. El número de lote.
  - e. La referencia comercial.
  - f. Marcado CE.
  - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
7. Si durante el plazo de ejecución del contrato, incluido el período prorrogado, se presentan nuevos artículos que bien sustituyan a los inicialmente adjudicados o bien convivan con ellos, los adjudicatarios están obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo. Asimismo, se puede aceptar ampliación de referencias para un mismo artículo permaneciendo invariable el precio.
8. Si procede, relación de equipos a ceder y sus fungibles vinculados (que no estén incluidos en esta licitación), junto con su valoración económica.
9. Si procede, los adjudicatarios impartirán cursos de formación. Se realizarán dentro del primer mes desde la firma del contrato y de forma permanente, durante la ejecución del mismo.
10. Cada casa comercial adjudicataria de este Procedimiento deberá tener DEPOSITADO en el Hospital el sistema/montaje/kit, ... adjudicado por si se requiere su utilización por necesidades de urgencia.
11. Los proveedores adjudicatarios deberán constituir los depósitos que el Centro estime necesarios para la realización de su actividad quirúrgica. El depósito inicial se formalizará en un albarán de entrega en el que se dejara constancia de las referencias que lo integran y que contará con el visto bueno de quirófano y del proveedor. Obligatoriedad de revisar caducidades.
12. La reposición del material debe realizarse en las 24 horas al de su petición.
13. Si el sistema/montaje/kit, ...ofertado no es igual en cuanto a sus componentes, pero si es equivalente, deberán JUSTIFICARLO.
14. Cada adjudicatario pondrá a disposición del Hospital, sin cargo añadido y durante la vigencia del contrato, el instrumental necesario para la implantación de dicho material.

  
Fdo. Dr. JORGE RODRÍGUEZ-RODA STUART  
JEFE SERVICIO CIRUGÍA CARDIACA

  
Fdo. DR. ENRIQUE ARACIL SANUS  
SUBDIRECTOR MEDICO ÁREA QUIRÚRGICA

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------

**P.A. 2025000011**

LOTE	N.O.	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL (IVA incluido)
1	1	ENDOPRÓTESIS AÓRTICA HÍBRIDA PARA IMPLANTACIÓN MEDIANTE TÉCNICA DE TROMPA DE ELEFANTE	UN	18	14.500,00	261.000,00	10%	26.100,00	287.100,00
<b>IMPORTE TOTAL:</b>						261.000,00	10%	26.100,00	287.100,00