

**INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2025-0-7 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.**

**Elaborado por:**

Dra. Martín Delgado, Jefe de Servicio de M. Intensiva  
Dr. Chico Fernández, Médico Responsable de la UCITE

**Fecha:** a 20 de marzo del 2025

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2025-0-7 para el "SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA PORTATIL PARA DONANTES" por las empresas, se emite el siguiente:

**INFORME TÉCNICO**

**Lote 1:**

- La oferta presentada por GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L., **cumple** con las especificaciones del pliego.

**Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:**

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	KIT DE DONACION EN ASISTOLIA DE ADULTOS	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

MARTIN  
DELGADO  
MARIA CRUZ -

Firmado digitalmente  
por MARTIN DELGADO  
MARIA CRUZ -

Fecha: 2025.03.20  
09:39:28 +01'00'

Fdo.: Dra. Martín Delgado  
Jefe de Servicio de M. Intensiva

FIRMADO

CHICO  
FERNANDEZ  
MARIO -

Firmado  
digitalmente por  
CHICO FERNANDEZ  
MARIO -

Fecha: 2025.03.21  
10:07:38 +01'00'

Fdo.: Dr. Chico Fernández  
Médico Responsable de la UCITE

EXPEDIENTE: 2025-0-7		
SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PORTÁTIL PARA DONANTES		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>KIT DE DONACION EN ASISTOLIA DE ADULTO</p> <p>TOTAL PUNTOS ..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Peso de la consola inferior a 9 kg</p> <p>a) Si el peso de la consola es igual a 9 kg se valorará con <b>0 PUNTOS</b></p> <p>b) Si el peso de la consola es &lt; a 9 kg la valoración será, <b>HASTA 30 PUNTOS</b>, otorgando la mayor puntuación al licitador que oferte consola con peso más bajo, el resto se valorará proporcionalmente.</p>	<p>GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L. .... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- PESO DE 8,9 KG ..... 30 PUNTOS</p>