



**EXPEDIENTE: 2025000013**

**OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de FUNGIBLE PARA ECMO para el Servicio de Cardiología, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	1	<p>KIT MEMBRANA OXIGENADORA PARA SOPORTE CARDIORESPIRATORIO DE LARGA DURACIÓN</p> <p>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Oxigenador de carcasa de policarbonato (PC) y fibras huecas de polimetilpenteno (PMP)</li><li>- 1 bomba (no oclusiva) centrífuga y magnética de flujo diagonal</li><li>- 1 vía de tubos proximal de cloruro de polivinilo (PVC) con 2 sensores de presión integrados</li><li>- 1 vía de tubos distal del cloruro de polivinilo (PVC) con 1 sensor de presión integrado</li><li>- 1 vía de cebado que incluye bolsa reservorio blanda</li><li>- 1 vía de recirculación</li><li>- 2 vías de des aireación (roja y azul)</li><li>- 2 llaves de tres vías</li><li>- 1 línea verde de filtro de gas</li></ul>

***El adjudicatario deberá ceder 3 consolas ECMO durante la vigencia del contrato.***

***Características de la consola ECMO***

- La consola debe permitir generar flujo pulsátil.
- La consola debe incluir pantalla táctil con unas dimensiones mínimas superiores a 10" (pulgadas)
- La autonomía de las baterías debe superar las 4 horas (240 min) con flujos superiores a 5 l/min.
- Sistema de motor auxiliar/backup eléctrico (no manual).
- La consola debe disponer de modo transporte.
- Debe aparecer al menos el Flujo de Sangre, revoluciones y las presiones.
- Los equipos deberán ser entregados con calentador y mezclador de gases.

**ANEXO:**

1. Se aportará el correspondiente y obligado marcado CE de cada artículo o declaración de conformidad.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso.
3. Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
4. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:
  - Relación de productos ofertados.
  - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de informe técnico.

A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.

5. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.  
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
6. Etiquetado en el que figure:
  - a. La denominación del artículo.
  - b. El método de esterilización utilizado.
  - c. Las fechas de caducidad del producto.
  - d. El número de lote.
  - e. La referencia comercial.
  - f. Marcado CE.
  - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
7. Si durante el plazo de ejecución del contrato, incluido el período prorrogado, se presentan nuevos artículos que bien sustituyan a los inicialmente adjudicados o bien convivan con ellos, los adjudicatarios están obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo. Asimismo, se puede aceptar ampliación de referencias para un mismo artículo permaneciendo invariable el precio.
8. Si procede, relación de equipos a ceder y sus fungibles vinculados (que no estén incluidos en esta licitación), junto con su valoración económica.
9. Si procede, los adjudicatarios impartirán cursos de formación. Se realizarán dentro del primer mes desde la firma del contrato y de forma permanente, durante la ejecución del mismo.  
Todos los planes de formación serán impartidos por personal acreditado y se adaptarán a las necesidades del personal del Hospital en función del número de asistentes, turnos de trabajo, experiencia previa, etc.
10. Mantenimiento preventivo (según protocolo del fabricante)
11. Mantenimiento correctivo (mano de obra, desplazamiento y piezas)

Fdo. DR. ZAMORANO GÓMEZ  
JEFE SERVICIO CARDIOLOGÍA

Fdo. DR. ROLDAN MOLL  
SUBDIRECTOR MÉDICO ÁREA MÉDICA

P.A. 2025000013

LOTE	N.O.	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no nduido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL (IVA induido)	
1	1	KIT MEMBRANA OXIGENADORA P/SOPORTE CARDIORESPIRATORIO DE LARGA DURACION	UN	30	5.430,00	162.900,00	10,00	16.290,00	179.190,00	
				TOTAL LOTE 1:		162.900,00		16.290,00	179.190,00	
					IMPORTE TOTAL:		162.900,00		16.290,00	179.190,00