



EXPEDIENTE: 2025000014

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de SISTEMA ABLACIÓN TECNOLOGÍA ELECTROPORACIÓN para el Servicio de CARDIOLOGÍA, para cubrir las necesidades del Hospital Ramón y Cajal.

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	1	<p>CATETER ABLACIÓN POR ELECTROPORACIÓN CON MORFOLOGÍA CONFIGURABLE (ESFERA- MONOPLANO) PARA ABLACIÓN PFA CONVENCIONAL CON VAINA DEFECTABLE Y CONECTOR</p> <ul style="list-style-type: none">- Catéter de tecnología PFA con capacidad de ablación de forma esférica dentro de venas pulmonares y de forma monoplaneo para el tratamiento de sustratos auriculares.- Dos tamaños y 5 electrodos para diagnóstico y estimulación.- Capacidad de poder conectarse y usarse sin navegador. <p>Se deberá ceder, sin cargo añadido para el Hospital, cualquier fuente necesaria de PFA (generador), siendo por cuenta del adjudicatario el mantenimiento del mismo.</p>



LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
2	2	<p>CATETER ABLACIÓN POR ELECTROPORACIÓN CON MORFOLOGÍA CONFIGURABLE (ESFERA- MONOPLANO) PARA ABLACIÓN PFA CON NAVEGADOR CON VAINA DEFLECTABLE Y CONECTOR</p> <ul style="list-style-type: none">- Catéter de tecnología PFA con capacidad de ablación de forma esférica y de forma monoplaneo para el tratamiento de sustratos complejos.- Con sensor magnético que le hace identificable con alta precisión en sistema localizador 3D por campo eléctrico y magnético. <p>Se deberá ceder, sin cargo añadido para el Hospital, cualquier fuente necesaria de PFA (generador), siendo por cuenta del adjudicatario el mantenimiento del mismo.</p>
3	3	<p>CATETER ABLACIÓN POR ELECTROPORACIÓN CON MORFOLOGÍA CIRCULAR PARA ABLACIÓN CONVENCIONAL DE VENAS PUMONARES, PARA INGRESO SIN ESTANCIA CON VAINA DEFLECTABLE Y CONECTOR</p> <ul style="list-style-type: none">- Catéter de tecnología PFA con capacidad de ablación circunferencial de venas pulmonares y sustratos auriculares.- Capacidad de maniobrabilidad adecuada dentro de introductor/vaina de 10 F, para poder dar alta precoz.- 9 electrodos para diagnóstico y estimulación.- Capacidad de poder conectarse y usarse sin navegador. <p>Se deberá ceder, sin cargo añadido para el Hospital, cualquier fuente necesaria de PFA (generador), siendo por cuenta del adjudicatario el mantenimiento del mismo.</p>



LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
4	4	<p>CATETER ABLACIÓN POR ELECTROPORACIÓN CON MORFOLOGÍA CIRCULAR PARA ABLACIÓN CON NAVEGADOR, PARA INGRESO SIN ESTANCIA CON CONECTOR</p> <ul style="list-style-type: none">- Catéter de tecnología PFA con capacidad de ablación circunferencial de venas pulmonares y sustratos auriculares.- Capacidad de maniobrabilidad adecuada dentro de introductor/vaina de 8.5F, para poder dar alta precoz.- 10 electrodos para diagnóstico y estimulación.- Con sensor magnético que le hace identificable con alta precisión en sistema localizador 3D por campo eléctrico y magnético. <p>Se deberá ceder, sin cargo añadido para el Hospital, cualquier fuente necesaria de PFA (generador), siendo por cuenta del adjudicatario el mantenimiento del mismo.</p>

ANEXO:

1. Se aportará el correspondiente y obligado marcado CE de cada artículo o declaración de conformidad.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso.
3. Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
4. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de informe técnico.A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.
5. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.

En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.

6. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano




7. Si durante el plazo de ejecución del contrato, incluido el período prorrogado, se presentan nuevos artículos que bien sustituyan a los inicialmente adjudicados o bien convivan con ellos, los adjudicatarios están obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados; siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo. Asimismo, se puede aceptar ampliación de referencias para un mismo artículo permaneciendo invariable el precio.
8. Si procede, relación de equipos a ceder y sus fungibles vinculados (que no estén incluidos en esta licitación), junto con su valoración económica.
9. Si procede, los adjudicatarios impartirán cursos de formación. Se realizarán dentro del primer mes desde la firma del contrato y de forma permanente, durante la ejecución del mismo.

Fdo.: Dr. V.L. Zarrorano Gómez
JEFE SERVICIO DE CARDIOLOGÍA

EL SUBDIRECTOR MÉDICO
DE SERVICIOS MÉDICOS

Fdo. Fernando Roldán Moll
Fdo. Dr. F.F. Roldán Moll
SUBDIRECTOR MEDICO AREA MEDICA

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS		ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
		SUMIC	

P.A. 2025000014

L O T E	N. O.	CODIGO	ARTICULO	CANTI DAD (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIP O IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL (IVA incluido)
1	1	328762	CATÉTER ABLACION CAMPO PULSADO 31 MM CON VAINA	16	4.200,00	67.200,00	21	14.112,00	81.312,00
			TOTAL LOTE 1	16		67.200,00			81.312,00
2	2	345112	CATETER ABLACIÓN ELECTROPORACIÓN ESFERA MONOPLANO CON NAVEGADOR VAINA DEFLECTABLE Y CONECTOR	14	4.500,00	63.000,00	21	13.230,00	76.230,00
			TOTAL LOTE 2	14		63.000,00			76.230,00
3	3	345113	CATETER ABLACION ELECTROPORACIÓN MORFOLOGIA CIRCULAR VENAS PULMONARES CON VAINA DEFLECTABLE Y CONECTOR	14	4.200,00	58.800,00	21	12.348,00	71.148,00
			TOTAL LOTE 3	14		58.800,00			71.148,00
4	4	345116	CATETER ABLACIÓN ELECTROPORACIÓN MORFOLOGIA CIRCULAR CON NAVEGADOR Y CONECTOR	14	3.900,00	54.600,00	21	11.466,00	66.066,00
			TOTAL LOTE 4	14		54.600,00			66.066,00
			TOTALES			243.600,00		51.156,00	294.756,00

** La oferta de los licitadores no podrá superar el precio máximo del lote , ni los precios máximos unitarios de cada número de orden.