

## **02. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL REACTIVOS PARA DETERMINAR LA PREVALENCIA DE INMUNIDAD HUMORAL FRENTE A VIH, VHC y COVID-19 E INMUNIDAD CELULAR FRENTE A COVID-19 EN LAS MUESTRAS OBTENIDAS EN ESTUDIO PREDIMERC 2025**

### **1. OBJETO DEL CONTRATO:**

Este contrato tiene por objeto la adquisición de reactivos necesarios para un estudio transversal de prevalencia en una muestra representativa de la población general de adulta años de la Comunidad de Madrid en el que se procederá a la recogida de muestras de sangre de los participantes. Aunque los objetivos principales del estudio son estimar la prevalencia de diabetes mellitus y de los principales factores de riesgo cardiovascular, en esta ocasión, a diferencia de ediciones anteriores (1), se pretende incluir, además de la realización de las habituales pruebas bioquímicas, ciertas determinaciones microbiológicas para la investigación de la prevalencia de tres enfermedades víricas: infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), por el virus de hepatitis C (VHC) y por SARS-CoV-2.

De acuerdo con la anterior constituye la obligación principal del adjudicatario el suministro de los bienes que constituyen el objeto del contrato bajo las condiciones generales y específicas que se describen y detallan a continuación.

### **2. CONDICIONES GENERALES:**

- 2.1** Los productos ofertados deberán estar registrados en España o países de la UE por las empresas y cumplir estrictamente con las disposiciones legales establecidas por la Administración respecto a controles de fabricación, conservación, distribución y formalidades administrativas.
- 2.2** En el exterior de los envases figurará de manera bien visible y con letra destacada la identificación del producto y su composición.
- 2.3** Todas las instrucciones de uso y de seguridad, recomendaciones y otras leyendas incorporadas a las presentaciones estarán escritas en castellano.
- 2.4** En el caso de ser rechazado algún lote o envío por cualquier motivo, el adjudicatario queda obligado a reponer el pedido en un plazo de 48 horas desde la notificación de devolución por rechazo.
- 2.5** El adjudicatario se compromete al cambio de suministro por otro equivalente en el caso de que, por alguna razón, éste sea incompatible con los métodos analíticos implantados en el Laboratorio dentro de su Sistema de Calidad acreditado, sin modificación del precio de adjudicación.
- 2.6** La empresa adjudicataria deberá adjuntar como documentación técnica la ficha técnica del producto, que deberá incluir como mínimo:
  - a) Caducidad del producto.
  - b) Condiciones de almacenamiento y transporte.
  - c) Referencia completa del lote de fabricación.

d) Características técnicas y modo operativo

2.7 Los productos suministrados deberán disponer de la especificación de calidad del producto.

### 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

El Laboratorio Regional de Salud Pública cuenta con la instalación de Analizador de LIAISON® XL inmunología mediante la tecnología de quimioluminiscencia (CLIA) totalmente automatizado para diagnóstico clínico.

Esta tecnología ya está disponible en el LRSP y permite la realización de todos los análisis requeridos en el estudio y, por lo tanto, resulta la indicada para su rápida puesta a punto en la realización del estudio PREDIMERC.

Los reactivos que se detallan en el anexo I deberán ser compatibles con esta tecnología y con el equipo analizador.

El número de unidades es estimativo. Por tanto, el contratista llevará a cabo el suministro de acuerdo con las necesidades del Laboratorio, respetando, en todo caso, el importe global máximo del contrato.

El número de unidades anuales a suministrar se refiere, en todos los suministros objeto del contrato, al número de unidades del formato de presentación detallado en la correspondiente casilla.

### 4. CONDICIONES DE TRANSPORTE:

4.1 La empresa adjudicataria se responsabiliza del transporte de los pedidos hasta el Laboratorio Regional de Salud Pública, en las cantidades que se estipulen, según las directrices del mismo.

4.2 Las entregas se realizarán en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:30 horas, con plazo máximo de 7 días desde la solicitud. En caso contrario, se deberá informar por escrito y dentro de ese plazo la situación de disponibilidad al Laboratorio Regional de Salud Pública.

### 5. RELACIÓN DE PRODUCTOS:

En el anexo I se relacionan todos los productos que van a ser objeto de contratación especificando:

- Denominación del Producto y referencia LRSP
- Descripción y características técnicas del producto.
- Precio máximo admitido por envase.
- Presentación que se solicita.

- Estimación de consumo durante la ejecución estimada del contrato.
- Estimación de gasto máximo por producto, que resulta de multiplicar el precio máximo por la estimación de consumo.

## **6. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS:**

Corresponde a la Directora del Laboratorio Regional de Salud Pública.

Madrid, (en la fecha que consta en la huella digital de la firma electrónica)

**Directora del Laboratorio Regional de Salud Pública**

Firmado digitalmente por: CARRETERO GÓMEZ MARÍA MAR  
Fecha: 2025.01.20 12:19

María del Mar Carretero Gómez



**ANEXO I AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

El objeto de este contrato es la adquisición de reactivos específicos de serología para VIH, VIC y COVID-19 e inmunidad celular de COVID-19.

DESCRIPCIÓN	Presentación TEST KIT	Precio sin IVA	Estimación del consumo	Coste total KIT sin IVA
LIAISON ® XL Murex HIV Ab/Ag (200 T)	200	300,00 €	15	4.500,00 €
LIAISON ® XL Murex HCV Ab (100 T)	100	250,00 €	29	7.250,00 €
LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG (110 T)	110	440,00 €	27	11.880,00 €
QuantiFERON SARS-CoV-2 Blood Collection	50	1.207,00 €	70	84.490,00 €
LIAISON QuantiFERON-TB Gold Plus CE	50	950,00 €	70	66.500,00 €
<b>Total sin IVA</b>				<b>174.620,00 €</b>