

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

**INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE 2025-0-5 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS.**

**Elaborado por:**

Dr. Alberto Galindo Izquierdo, Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología

**Fecha:** a 7 de marzo del 2025.

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2025-0-5 para el "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CARDIOTOCOGRAFOS Y SISTEMAS DE TELEMETRIA PARA EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DE NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente:

**INFORME TÉCNICO**

**Lote 1:**



- La oferta presentada por PALEX MEDICA SA, **cumple** con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	CARDIOTOCOGRAFOS ANTEPARTO, INTRAPARTO Y SISTEMA DE TELEMETRIA INALAMBRICA	PALEX MEDICA SA	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

**FIRMADO**

 Firmado digitalmente por  ALBERTO GALINDO  
**ALBERTO GALINDO** Fecha: 2025.03.09 22:06:55  
+01'00'

Fdo.: Dr. Alberto Galindo Izquierdo  
Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología

EXPEDIENTE: 2025-0-5		
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CARDIOTOCOGRAFOS Y SISTEMAS DE TELEMETRIA INALAMBRICA PARA EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>CARDIOTOCOGRAFOS ANTEPARTO, INTRAPARTO Y SISTEMA DE TELEMETRIA INALAMBRICA</p> <p>TOTAL PUNTOS ..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Ser compatibles con los cardiotocógrafos y telemetrías existentes en el Hospital ... <b>20 PUNTOS</b></p> <p>2. Posibilidad de diferenciar para cada feto el resultado de un Test No Estresante (Anteparto) en embarazos múltiples, incluidos trillizos ... <b>10 PUNTOS</b></p>	<p>PALEX MEDICA SA ..... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- SI ES COMPATIBLE ..... 20 PUNTOS</p> <p>2.- SI DISPONE..... 10 PUNTOS</p>