

EXPEDIENTE Nº: 2025-0-012 (A/SUM-004652/2025)

“ADQUISICIÓN DE LENTES INTRAOCULARES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR” (6 LOTES).

INFORME DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En el siguiente cuadro, se enuncian las empresas licitadoras y los lotes a los que éstas han presentado oferta.

En la mesa de contratación de 25 de marzo de 2025, se pudo observar que el DEUC presentado por la empresa MEDICONTUR AVI, S.L. no hacía referencia a oferta para el lote 5. No obstante, una vez abierta la documentación relativa a los criterios de juicio de valor y cumplimiento de prescripciones técnicas, en la mesa de contratación de 31 de marzo de 2025, se comprueba que esta empresa aporta oferta técnica y muestras para dicho lote, por lo que se procede a su evaluación.

LICITADOR	RAZÓN SOCIAL	LOTE					
		1	2	3	4	5	6
1	BAUSCH & LOMB, S.A	x					
2	RAYNER SURGICAL, S.L.			x			
3	JJ SURGICAL VISION SPAIN, S.L		x				
4	CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.	x					
5	TOPCON EUROPE MEDICAL B V SUCURSAL EN ESPAÑA						x
6	MEDICONTUR AVI, S.L.				x	x	

Para la evaluación de los criterios técnicos, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

PRIMERO. - Se comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT, tomando en consideración, tanto la documentación técnica como las muestras presentadas por los licitadores, con el siguiente resultado:

Acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT todas las empresas, excepto CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A. para el Lote 1 por los siguientes motivos, por lo que se propone su exclusión de la licitación.

REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
Acrílica hidrófila.	En la documentación técnica aportada se indica que tiene propiedades de superficie hidrofóbica .
Longitud total de 10,5-11,0 mm (variable según potencia).	En la documentación técnica aportada, el diámetro total es únicamente de 11,0 mm, por lo que no es variable según potencia.

SEGUNDO. – Una vez comprobado el cumplimiento de las ofertas con los requisitos exigidos en el PPT, se ha realizado la evaluación de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, de aquellas que acreditan su cumplimiento, conforme a lo indicado en el punto 8.2.2 de la Cláusula 1 del PCAP, con el resultado que se indica en el Anexo I.

En Madrid, a

JEFA DE SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA

Firmado digitalmente por: CRESPO CARBALLES MARIA JOSE
Fecha: 2025.04.02 12:33

Ma JOSÉ CRESPO CARBALLES

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestiona.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación:

ANEXO I

CRITERIO: PLAN DE CONTINGENCIA EN SUPUESTOS DE RUPTURA DE STOCK DEL PR					/EEDOR (HASTA 10 PTOS)	
LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% Puntuación Criterio)	BUENO (100% Puntuación Criterio)	TOTAL PUNTOS	
1	BAUSCH & LOMB, S.A.			X	10	
LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% Puntuación Criterio)	BUENO (100% Puntuación Criterio)	TOTAL PUNTOS	
2	JJ SURGICAL VISION SPAIN, S.L.	X			0	
LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% Puntuación Criterio)	BUENO (100% Puntuación Criterio)	TOTAL PUNTOS	
3	RAYNER SURGICAL, SL			X	10	
LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% Puntuación Criterio)	BUENO (100% Puntuación Criterio)	TOTAL PUNTOS	
4	MEDICONTUR AVI, S.L.		X		5	

LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% Puntuación Criterio)	Buena Puntuación Criterio	100% Puntuación Criterio	TOTAL PUNTOS
5	MEDICONTUR AVI, S.L.		X			5

LOTE	LICITADOR	INSUFICIENTE (0 PUNTOS)	ACEPTABLE (50% Puntuación Criterio)	Buena Puntuación Criterio	100% Puntuación Criterio	TOTAL PUNTOS
6	TOPCON EUROPE MEDICAL B V SUCURSAL EN ESPAÑA		X			5

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestion.a.comunidad.madrid/servicios/licitacion> mediante el siguiente código seguro: