

PINZA DE AGARRE DESECHABLE TIPO GRASPER CLINCH										CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 5 PUNTOS)	
LOTE 2	NOMBRE LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REF. HUSO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Plazo de entrega en Pedidos urgentes (*): P = Plazo entrega menor de todas las ofertas / Plazo de entrega de la oferta a valorar X 5	TOTAL (MÁXIMO 5 PUNTOS)		
					SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE	PLAZO DE ENTREGA	PUNTOS		
	DEXTRO MEDICA S.L.	Pinza de agarre desechable tipo Grasper Clinch,	F50026	CIT-MH-04		X	Punto 3: "El eje tendrá una cobertura fija de color negro aislante hasta la punta del clinch para evitar lesiones no deseadas, deslumbamientos y reflejos". Se desplaza la vaina. No cumple con el punto 4: " Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación), admitiendo corrientes de salida maximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias ente 0,3-2 MHz en modo monopolar".	12 horas			
	DISMEVAL S.L.	Pinza de agarre desechable tipo Grasper Clinch,	F50026	HD4-B32-Q0103	X			24 horas	5		
	HORTAS SUMINISTROS, SL	Pinza de agarre desechable tipo Grasper Clinch,	F50026	D801,704		X	Punto 3: "El eje tendrá una cobertura fija de color negro aislante hasta la punta del clinch para evitar lesiones no deseadas, deslumbamientos y reflejos". Se desplaza la vaina.	24 horas			
	PRIM, S.A	Pinza de agarre desechable tipo Grasper Clinch,	F50026	122-3F243		X	Punto 3: "El eje tendrá una cobertura fija de color negro aislante hasta la punta del clinch para evitar lesiones no deseadas, deslumbamientos y reflejos". Se desplaza la vaina. No cumple con el punto 4: " Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación), admitiendo corrientes de salida maximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias ente 0,3-2 MHz en modo monopolar".	4 horas			

LOTE 3	PINZA DE AGARRE DESECHABLE ATRAUMÁTICA TIPO FÓRCEPS INTESTINAL						CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 5 PUNTOS)	
	NOMBRE LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REF. HUSO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		Plazo de entrega en Pedidos urgentes (*): P = Plazo entrega menor de todas las ofertas / Plazo de entrega de la oferta a valorar x 5	TOTAL (MÁXIMO 5 PUNTOS)
					SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE	
DEXTRO MEDICA S.L.		Pinza de agarre desechable atraumática tipo fórceps intestinal	F50009	CIT-MH-05		X	No cumple el punto 1: " Pinza de agarre desechable atraumática tipo fórceps intestinal, con longitud entre 30 y 35 cms, eje rotatorio de 5 mm de diámetro con adaptador estándar tipo pin para coagulación monopolar, punta roma atraumática entre 32 y 35 mm de longitud, con apertura simétrica de ambas palas y rotación de 360º". No cumple la longitud de las palas. No cumple el punto 4: "Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación) admitiendo corrientes de salida máximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias entre 0,3-2MHz en modo monopolar"	12 horas
DISMEVAL S.L.		Pinza de agarre desechable atraumática tipo fórceps intestinal	F50009	HD4-B32-Q0301	X			24 horas
PRIM, S.A		Pinza de agarre desechable atraumática tipo fórceps intestinal	F50009	122-3F233		X	No cumple el punto 1: " Pinza de agarre desechable atraumática tipo fórceps intestinal, con longitud entre 30 y 35 cms, eje rotatorio de 5 mm de diámetro con adaptador estándar tipo pin para coagulación monopolar, punta roma atraumática entre 32 y 35 mm de longitud, con apertura simétrica de ambas palas y rotación de 360º". Punto 3: "El eje tendrá una cobertura fija de color negro aislante hasta la punta del clamp intestinal para evitar lesiones no deseadas, deslumbamientos y reflejos". Se desplaza la vaina. No cumple el punto 4: "Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación) admitiendo corrientes de salida máximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias entre 0,3-2MHz en modo monopolar".	4 horas

LOTES		TIJERA CURVA DESECHABLE				CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 5 PUNTOS)			
NOMBRE LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REF. HUSO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Plazo de entrega en Pedidos urgentes (*): P = Plazo entrega menor de todas las ofertas / Plazo de entrega de la oferta a valorar X 5	TOTAL (MÁXIMO 5 PUNTOS)	
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE	PLAZO DE ENTREGA		PUNTOS
DEXTRO MEDICA S.L.	Tijera curva desechable	F50106	CIT-MH-01		X	No cumple el punto 1: "Tijera curva desechable, con longitud entre 30 y 35 cms, eje rotatorio de 5 mm de diámetro con adaptador estándar tipo pin para coagulación monopolar, longitud de las palas entre 17 y 19 mm y rotación de 360°." No consta en la ficha tecnica el punto 3: "Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación) admitiendo corrientes de salida máximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias entre 0,3-2MHz en modo monopolar"	12 horas		
AMEVISA, S.A.	Tijera curva desechable	F50106	ML400-512MS		X	No cumple el punto 1: "Tijera curva desechable, con longitud entre 30 y 35 cms, eje rotatorio de 5 mm de diámetro con adaptador estándar tipo pin para coagulación monopolar, longitud de las palas entre 17 y 19 mm y rotación de 360°." No cumple punto el punto 3: "Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación) admitiendo corrientes de salida máximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias entre 0,3-2MHz en modo monopolar"	24 horas		
DISMEVAL S.L.	Tijera curva desechable	F50106	HD4-B20-Q0502	X			24 horas	5	
HORTAS SUMINISTROS, SL	Tijera curva desechable	F50106	D801.611		X	No cumple el punto 1: "Tijera curva desechable, con longitud entre 30 y 35 cms, eje rotatorio de 5 mm de diámetro con adaptador estándar tipo pin para coagulación monopolar, longitud de las palas entre 17 y 19 mm y rotación de 360°".	24 horas		
PRIM, S.A	Tijera curva desechable	F50106	122-3E332		X	No cumple el punto 1: "Tijera curva desechable, con longitud entre 30 y 35 cms, eje rotatorio de 5 mm de diámetro con adaptador estándar tipo pin para coagulación monopolar, longitud de las palas entre 17 y 19 mm y rotación de 360°." No cumple punto el punto 3: "Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación) admitiendo corrientes de salida máximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias entre 0,3-2MHz en modo monopolar"	4 horas		

Firmado por MARTIN RAMIRO JOSE JAVIER - el día 12/03/2025 con un certificado emitido por SIA SUB01

JEFE DE SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA