



**Hospital Universitario  
Severo Ochoa**

## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

**Nº EXPEDIENTE: PAS 10-2025**

***“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESECHABLE DE CIRUGÍA  
LAPAROSCÓPICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO  
OCHOA”***

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO “ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESECHABLE DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (PAS 10-2025)**

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del suministro cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la LCSP. El plazo de ejecución será de **12 meses** y el presupuesto de licitación es **71.244,80 €**, siendo la base imponible **58.880,00 €** y el IVA (21 %) **12.364,80 €**.

**1. OBJETO**

El presente pliego tiene por objeto la adquisición de MATERIAL DESECHABLE DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA DE LEGANÉS, según las características particulares y en las cantidades, precios máximos y características generales que se encuentran definidos a continuación.

**2. CANTIDADES Y PRECIOS**

**LOTE 1: DISECTOR TIPO MARYLAND DESECHABLE:**

Nº DE LOTE	CODIGO HOSPITAL	DESCRIPCIÓN DEL LOTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD 12 MESES	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
1	F50010	DISECTOR TIPO MARYLAND DESECHABLE	22,00 €	400	8.800,00 €	21,00%	1.848,00 €	10.648,00 €

Características Técnicas:

- Disector tipo Maryland, desechable, con longitud entre 30 y 35 cms, eje rotatorio de 5 mm de diámetro con adaptador estándar tipo pin para coagulación monopolar, punta atraumática entre 19 y 21 mm de longitud.
- Ángulo de la punta entre 25 y 30º para facilitar la disección.
- Mango sin mecanismo de trinquete
- El eje tendrá una cobertura fija de color negro aislante hasta la punta del disector para evitar lesiones no deseadas, deslumbramientos y reflejos
- Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación) admitiendo corrientes de salida máximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias entre 0,3-2MHz en modo monopolar.

**LOTE 2: PINZA DE AGARRE DESECHABLE TIPO GRASPER CLINCH:**

Nº DE LOTE	CODIGO HOSPITAL	DESCRIPCIÓN DEL LOTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD 12 MESES	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
2	F50026	PINZA DE AGARRE DESECHABLE TIPO GRASPER CLINCH	25,00 €	1.000	25.000,00 €	21,00%	5.250,00 €	30.250,00 €

Características Técnicas:

- Pinza de agarre desechable tipo Grasper Clinch, con longitud entre 30 y 35 cms, eje rotatorio de 5 mm de diámetro con adaptador estándar tipo pin para coagulación monopolar, punta roma dentada entre 21 y 23 mm de longitud y apertura >20 mm y rotación de 360°.
- Mango con mecanismo de trinquete
- El eje tendrá una cobertura fija de color negro aislante hasta la punta del clinch para evitar lesiones no deseadas, deslumbramientos y reflejos
- Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación) admitiendo corrientes de salida máximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias entre 0,3-2MHz en modo monopolar.

**LOTE 3: PINZA DE AGARRE DESECHABLE ATRAUMÁTICA TIPO FÓRCEPS INTESTINAL:**

Nº DE LOTE	CODIGO HOSPITAL	DESCRIPCIÓN DEL LOTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD 12 MESES	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
3	F50009	PINZA DE AGARRE DESECHABLE ATRAUMÁTICA TIPO FÓRCEPS INTESTINAL	22,00 €	540	11.880,00 €	21,00%	2.494,80 €	14.374,80 €

Características Técnicas:

- Pinza de agarre desechable atraumática tipo fórceps intestinal, con longitud entre 30 y 35 cms, eje rotatorio de 5 mm de diámetro con adaptador estándar tipo pin para coagulación monopolar, punta roma atraumática entre 32 y 35 mm de longitud, con apertura simétrica de ambas palas y rotación de 360°.
- Mango con mecanismo de trinquete
- El eje tendrá una cobertura fija de color negro aislante hasta la punta del clamp intestinal para evitar lesiones no deseadas, deslumbramientos y reflejos
- Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación) admitiendo corrientes de salida máximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias entre 0,3-2MHz en modo monopolar

**LOTE 4: TIJERA CURVA DESECHABLE:**

Nº DE LOTE	CODIGO HOSPITAL	DESCRIPCIÓN DEL LOTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD 12 MESES	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
4	F50106	TIJERA CURVA DESECHABLE	22,00 €	600	13.200,00 €	21,00%	2.772,00 €	15.972,00 €

Características Técnicas:

- Tijera curva desechable, con longitud entre 30 y 35 cms, eje rotatorio de 5 mm de diámetro con adaptador estándar tipo pin para coagulación monopolar, longitud de las palas entre 17 y 19 mm y rotación de 360°.
- El eje tendrá una cobertura fija de color negro aislante hasta la punta de la tijera para evitar lesiones no deseadas, deslumbramientos y reflejos
- Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación) admitiendo corrientes de salida máximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias entre 0,3-2MHz en modo monopolar

**3. CONDICIONES GENERALES**

El adjudicatario estará obligado durante la vigencia del contrato a:

Condiciones generales de ejecución del suministro

El suministro se efectuará en el Almacén General del Hospital Universitario Severo Ochoa en horario de 08:30h a 13:30h.

Plazo de Entrega/ reposición.

Plazo de entrega/reposición de los productos demandados será en los pedidos ordinarios, como máximo de 24 horas a contar desde el momento de recepción del pedido.

Reposición por anomalías y defectos en el suministro.

Caso de detectarse defectos en los productos suministrados, el adjudicatario sustituirá en el plazo máximo de 48 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

El servicio de Suministros dentro del proceso de certificación en la ISO 9001:2015 en el que se encuentra incurso el Hospital Universitario Severo Ochoa realizará una evaluación anual de los adjudicatarios.

#### **4. REQUERIMIENTOS REGULATORIOS**

Todas las ofertas presentadas deberán cumplir lo establecido en el RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios, y en general toda la normativa vigente que le sea de aplicación.

#### **5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

El adjudicatario, para el cumplimiento del contrato, adoptarán las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causados, liberando al Hospital de cualquier responsabilidad sobre el mismo. En especial se deberán adoptar todas aquellas medidas exigidas legalmente, relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y al abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta gestión de los clasificados como peligrosos.

La empresa será responsable de la gestión, retirada, almacenamiento, transporte y reciclado o destrucción de los envases vacíos de transporte que resulten de la ejecución del contrato.

La retirada de los envases será acorde a las instrucciones que la empresa adjudicataria reciba del centro.

Así mismo el adjudicatario se compromete al cumplimiento de todas las obligaciones laborales vigentes, relativas a la contratación y empleo de su personal y la relativa a Seguridad Social y Seguridad e Higiene (Ley de Protección de Riesgos Laborales).

Leganés, a 29 de enero de 2025

Firmado digitalmente por: GONZALEZ ANTON JOSE GILBERTO

JEFE DE \_\_\_\_\_

Fdo.: D. José Gilberto González Antón  
DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL  
UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Fdo.:

CONFORME:

## A N E X O

### CUADRO DE OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS

**(ATENCIÓN:** Debe ser incluido en el sobre único como primera hoja de la oferta técnica)

LOTE AL QUE LICITA	CODIGO INDICADO EN EL PPT <i>(Sólo en el caso que los artículos vengan codificados en el PPT)</i>	DESCRIPCION DEL ART. INDICADA EN EL PPT	BASE O VARIANTE	DESCRIPCION DEL ART. DADA POR EL LICITADOR <i>(Sólo en el caso de que se describa de forma distinta a la indicada en el pliego)</i>	REFERENCIA DEL LICITADOR