

## EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COBERTURA QUIRÚRGICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN (EXP.SARA-SUM 04/2025)

El objeto del presente expediente es la contratación del suministro de cobertura quirúrgica de acuerdo con las especificaciones técnicas y de calidad detalladas en el Pliego de Descripciones Técnicas del SARA - SUM 041/2025.

Una vez abierto el sobre 1 que contiene la documentación administrativa, se ha realizado la lectura y evaluación de la documentación técnica y las muestras presentadas por los licitadores en el expediente de referencia.

Se procede a la emisión del informe con la valoración técnica final exponiendo en la siguiente tabla, las calificaciones concluyentes de APTA/NO APTA.

Licitador	GARRIC MEDICA	MEDLINE	PPTX
Lote 1	APTO	APTO	NO APTO

### Consideraciones particulares de las ofertas presentadas a los lotes integrados en el EXP. SARA SUM 041/2025

EMPRESA EXCLUIDA				
EMPRESA	MARCA	Nº Orden	MINIMO SOLICITADO	MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
PPTX	STERAMED	Todos los números de orden	El etiquetado de los envase debe ajustarse a lo indicado en el RD 2017/745, redactado en español.	El etiquetado del envase de las muestras presentadas está redactado únicamente en inglés.
PPTX	STERAMED	Nº 9,10,11,12,13, 14, 15 y 21	Se solicita cubremesas con refuerzo central de alta prestación con gramaje mínimo en la zona de refuerzo de 75gr/m².	No acredita en ficha técnica el gramaje de la zona de refuerzo del cubremesas y las muestras presentadas no cubren los requisitos mínimos de asepsia y funcionalidad.
PPTX	STERAMED	Nº 9,10,11 y 12	Stokinette forrado	El stokinette no está forrado y las muestras presentadas no cubren los requisitos mínimos de asepsia y funcionalidad.
PPTX	STERAMED	Nº 11 y 12	Sábana quirúrgica con bolsa colectora (Nº11) y bolsas de dislocación (Nº12)	Las sabanas quirúrgicas presentadas no cubren los requisitos mínimos de asepsia y funcionalidad. Se rompen los adhesivos de las bolsas al intentar colocar la sábana.
PPTX	STERAMED	Nº 10, 11, 12, 16, 18, 19 y 20	Se solicita en las zonas críticas Trilaminado + refuerzo	El Trilaminado + refuerzo presentado no cubren los requisitos mínimos de asepsia y funcionalidad.

Ana Belén Franco Guerrero  
Supervisora de Bloque Quirúrgico  
y diagnóstico por la Imagen

Lara Ramos Sánchez  
Responsable de Recursos Materiales

FRANCO  
GUERRERO  
ANA BELEN  
Firmado  
digitalmente por  
FRANCO GUERRERO  
ANA BELEN -  
[Redacted]  
Fecha: 2025.06.18  
13:21:56 +02'00'



C/Budapest nº 1  
28922 Alcorcón.  
Madrid.  
Tel: 91 621 94 36  
[Licitaciones.hufa@salud.madrid.org](mailto:Licitaciones.hufa@salud.madrid.org)