

INFORME TÉCNICO

Expediente	PA SUM 009/2025 – A/SUM-009244/2025
Denominación	SUMINISTRO DE 5 CAMILLAS PLEGABLES DE DONACIÓN DE SANGRE PARA EL CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRIMERO - Una vez revisada la documentación técnica recibida, INFORMO que la documentación técnica suministrada por las empresas licitadoras que se detallan a continuación, **SE AJUSTAN** a las necesidades mínimas requeridas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

NIF	EMPRESA
B86683885	HERASCIENTIFIC LIFE SCIENCE, S.L.

SEGUNDO - Una vez revisada la documentación técnica recibida, INFORMO que la documentación técnica suministrada por las empresas licitadoras que se detallan a continuación, **NO SE AJUSTAN** a las necesidades requeridas en el Pliego de Prescripciones Técnicas

NIF	EMPRESA
B62610597	INTERSCHULLER S.L.

Las características técnicas definidas en el punto 3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas “Sillón plegable para donación de sangre”, vienen detalladas de la siguiente forma:

- *Colchón confortable.*
- *Colchón espadar fijo.*
- *Colchón asiento removible.*
- *Rápido sistema de inclinación con pistón a gas GP+*
- *Reposabrazo 35 cm (movimiento 2D)*
- *Cojín para cabeza (Forma rectangular, removible)*
- *Espaldar y asiento con colchón.*
- *Peso máximo (Kg): 9,50 (sin colchón ni accesorios)*
- *Capacidad (Kg) mínima: 220*
- *Dimensiones (cm):*
 - o *Altura asiento: 60 (mínimo)*
 - o *Plegado: 130x60x15 (máximo)*
 - o *Largo: entre 180 y 200 (posición acostada)*

La ficha técnica presentada por la empresa **INTERSCHULLER S.L.**, en su página 1, especifica que el reposabrazos (movimiento 2D) tiene una dimensión de 48 cms.

Por consiguiente, la empresa **INTERSCHULLER S.L.** **no cumple** con las especificaciones técnicas requeridas

En Madrid, a fecha de firma de huella

Firmado digitalmente por: COBO GONZALEZ DIEGO
Fecha: 2025.05.13 11:28

Fdo.: Diego Cobo González
Subdirector de Enfermería