

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-112 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Martínez López, Jefe de Servicio de Suministros-Compras.

Fecha: a 26 de marzo del 2025.

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-112 para el “ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONGELADOR CRIOGÉNICO PROGRAMABLE Y TANQUE NODRIZA PRESURIZADO DE NITROGENO LIQUIDO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN” por las empresas, se emite el siguiente:

INFORME TÉCNICO

Lote 1:


- La oferta presentada por AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL, **cumple** con las especificaciones del pliego.


Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	CONGELADOR CRIOGÉNICO PROGRAMABLE Y TANQUE NODRIZA	AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL	SI	10

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO


JOAQUIN
MARTINEZ (R:
B88329834)

Firmado digitalmente
por 
JOAQUIN MARTINEZ
(R: B88329834)
Fecha: 2025.03.31
09:01:39 +02'00'

Fdo.: Dr. Martínez López
Jefe de Servicio de Hematología

EXPEDIENTE: 2024-0-112		
ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONGELADOR CRIOGÉNICO PROGRAMABLE Y TANQUE NODRIZA PRESURIZADO DE NITROGENO LIQUIDO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	CONGELADOR CRIOGÉNICO PROGRAMABLE Y TANQUE NODRIZA	AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL TOTAL PUNTOS: 10
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS	
	<u>Nº Orden. 1: Congelador criogénico programable</u>	
	1.- Ampliación del período mínimo de garantía (Se asignarán 3 puntos por cada 6 meses de incremento sobre el período mínimo de garantía exigido (24 meses), hasta un máximo de 12 puntos (equivalente a una ampliación de 24 meses) ... HASTA 12 PUNTOS	1.- 0 MESES DE GARANTÍA 0 PUNTOS
	2.- Selección de idioma, disponible en castellano ... 6 PUNTOS	2.- NO DISPONE 0 PUNTOS
	3.- Asistencia técnica en <48 horas en caso de problemas o fallos del equipo 5 PUNTOS	3.- SI DISPONE 5 PUNTOS
		4.- SI DISPONE 5 PUNTOS
	<u>Nº Orden. 2: Tanque Nodriza presurizado de nitrógeno líquido</u>	5.- DURACIÓN NORMAL DE TRABAJO 50 DIAS ... 0 PUNTOS
	4.- Cabezal de trabajo con medidor de presión y 2 válvulas de seguridad 5 PUNTOS	
	5.- Duración normal de trabajo >70 días ... 2 PUNTOS	