

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2025-0-10 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Arribas Ynsaurriaga, Jefe de Servicio de Cardiología
Dr. Sarnago Cebada, FEA de Unidad de Hemodinámica

Fecha: 19 de mayo del 2025.

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2025-0-10 para el “SUMINISTRO DE OCLUSORES Y DISPOSITIVOS DE CIERRE DE CARDIOPATIAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE” por las empresas, se emite el siguiente:

INFORME TÉCNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A., **cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 2:

- La oferta presentada por ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A., **cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 3:

- La oferta presentada por BIOMENCO S.L., **no cumple**. Dispone de un intervalo de defectos de 8 a 35 mm y se solicita en el pliego de 4 a 40 mm El dispositivo que presenta no es de malla de nitinol como se solicita en el PPT.
- La oferta presentada por CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR S.A, **no cumple**. En F. Técnica no hace ninguna alusión a las medidas disponibles para cerrar defectos y en el Pliego se solicita de 4mm a 40 mm
- La oferta presentada por IZASA HOSPITAL SLU, **cumple**, con las especificaciones del pliego.

Lote 4:

- La oferta presentada por CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR S.A, PALEX MEDICA SA **cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 5:

- La oferta presentada por ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A, IZASA HOSPITAL SLU **cumplen**, con las especificaciones del pliego.

Lote 6:

- La oferta presentada por ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A. **cumple**, con las especificaciones del pliego.

Lote 7:

- La oferta presentada por EVOMED, S.L. **cumple**, con las especificaciones del pliego.

Lote 8:

- La oferta presentada por EVOMED, S.L. **cumple**, con las especificaciones del pliego.

Lote 9:

- La oferta presentada por ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A., **cumple**, con las especificaciones del pliego.

Lote 10:

- La oferta presentada por BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A., **cumple**, con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por MICROPORT CRM MEDICAL, S.L., **no cumple** con las especificaciones del pliego. En el Orden 12. Presenta un rango de compresión entre 10 y 25% y se solicita en el pliego de 10 a 30%. Dispone de 6 tamaños entre 15 a 31.5 mm y se solicita en el pliego 5 tamaños entre 20 a 35mm. En el Orden 13 presenta 2 tipos de curvas (simple y doble) y se solicitan 3 curvas en el Pliego (simple, anterior y doble).

Lote 11:

- La oferta presentada por SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERIA SL, **cumple**, con las especificaciones del pliego.

Lote 12:

- La oferta presentada por SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERIA SL, **cumple**, con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	OCLUSOR AURICULAR-VENTRICULAR AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL Y CATÉTER INTRODUTOR Y SISTEMA DE LIBERACIÓN PARA EL OCLUSOR	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	SI	30
2	OCLUSOR VASCULAR PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y VENOSA	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	SI	30
3	CIERRE DE CÍA CON CATÉTER Y SISTEMA DE LIBERACIÓN	BIOMENCO, S.L.	NO	-
		CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR S.A	NO	-
		IZASA HOSPITAL SLU	SI	30
4	CIERRE DE CÍA TIPO FORAMEN OVAL PERMEABLE CON CATÉTER Y SISTEMA DE LIBERACIÓN	CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR S.A	SI	0
		PALEX MEDICA SA	SI	30
5	CIERRE DE DUCTUS TIPO MALLA DE NITINOL ASIMÉTRICO CON CATÉTER Y SISTEMA DE LIBERACIÓN	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	SI	30
		IZASA HOSPITAL SLU	SI	30
6	CIERRE DE DUCTUS TIPO MALLA DE NITINOL SIMÉTRICO CON CATÉTER Y SISTEMA DE LIBERACIÓN	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	SI	30
7	CIERRE DE DUCTUS TIPO ESPIRAL PARA LESIONES DE TAMAÑO MAYOR A 2 MM, CON CATÉTER Y SISTEMA DE LIBERACIÓN Y CIERRE DUCTUS TIPO ESPIRAL PARA LESIONES DE TAMAÑO ENTRE 1 Y 2 MM, CON CATÉTER Y SISTEMA DE LIBERACIÓN	EVOMED, S.L.	SI	15
8	CIERRE DE CIV PERIMEMBRANOSAS Y MUSCULARES TIPO COIL CON CATÉTER Y SISTEMA DE LIBERACIÓN	EVOMED, S.L.	SI	30
9	CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA, CON CATÉTER Y SISTEMA DE LIBERACIÓN	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	SI	30
10	CIERRE DE OREJUELAS DE MORFOLOGÍA ATÍPICA CON CATÉTER PREMONTADO Y VAINA O SISTEMA DE LIBERACIÓN PARA DISPOSITIVO DE CIERRE	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	SI	30
		MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	NO	-
11	CIERRE DE LA OREJUELA DE MORFOLOGÍA BILOBULADA CON CATÉTER PREMONTADO Y VAINA O SISTEMA DE LIBERACIÓN PARA OREJUELA	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERIA SL	SI	30
12	DISPOSITIVO DE CIERRE DE CIV PERIMEMBRANOSA Y MUSCULAR DE MALLA DE NITINOL Y SISTEMA DE LIBERACIÓN DISPOSITIVO SEPTAL	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERIA SL	SI	15

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

ARRIBAS
INSAURRIAGA
FERNANDO -

Firmado digitalmente por
ARRIBAS INSAURRIAGA
FERNANDO
Fecha: 2025.05.19
18:37:55 +02'00'

Dr. Arribas Ynsaurriaga
Jefe de Servicio de Cardiología

Fernando
Sarnago

Firmado digitalmente
por Fernando Sarnago
Fecha: 2025.05.21
09:49:04 +02'00'

Fdo.: Dr. Sarnago Cebada
FEA de Unidad de Hemodinámica

EXPEDIENTE: 2025-0-10		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	
SUMINISTRO DE OCLUSORES Y DISPOSITIVOS DE CIERRE DE CARDIOPATIAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION	
LOTE	CONCEPTO	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A. TOTAL PUNTOS: 30	
1 (ORDEN 1 Y 2)	OCLUSOR AURICULAR-VENTRICULAR AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL Y CATÉTER INTRODUCUTOR Y SISTEMA DE LIBERACIÓN PARA EL OCLUSOR	1.- SI DISPONE 10 PUNTOS	
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS	2.- SI DISPONE 20 PUNTOS	
	Para ORDEN 1: 1. Longitud del lóbulo central, constante y de 6.5 mm en todos los dispositivos ... 10 PUNTOS 2. Disponer de discos, 2mm mayores que el lóbulo central en todas las medidas ... 20 PUNTOS	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A. TOTAL PUNTOS: 30	
2 (ORDEN 3)	OCLUSOR VASCULAR PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y VENOSA	1.- SI ES COMPATIBLE 30 PUNTOS	
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS 1. Compatibilidad del dispositivo en exploraciones radiológicas (RM, TC, etc.) ... 30 PUNTOS		

EXPEDIENTE: 2025-0-10		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	
SUMINISTRO DE OCLUSORES Y DISPOSITIVOS DE CIERRE DE CARDIOPATIAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE			
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION	
3 (ORDEN 4)	CIERRE DE CÍA CON CATÉTER Y SISTEMA DE LIBERACIÓN	IZASA HOSPITAL SLU..... TOTAL PUNTOS: 30	
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS	1.- SI DISPONE 30 PUNTOS	
	1. Oscilación del dispositivo sobre el cable de 50º ... 30 PUNTOS		
4 (ORDEN 5)	CIERRE DE CÍA TIPO FORAMEN OVAL PERMEABLE CON CATÉTER Y SISTEMA DE LIBERACIÓN	CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR S.A..... TOTAL PUNTOS: 0	
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS	1.- NO DISPONE..... 0 PUNTOS	
	1. Disponer de recubrimiento de platino ... 30 PUNTOS	PALEX MEDICA SA TOTAL PUNTOS: 30	
		1.- SI DISPONE 30 PUNTOS	

EXPEDIENTE: 2025-0-10		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	
SUMINISTRO DE OCLUSORES Y DISPOSITIVOS DE CIERRE DE CARDIOPATIAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION	
LOTE	CONCEPTO	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A. y IZASA HOSPITAL SLU.....TOTAL PUNTOS: 30	
5 (ORDEN 6)	CIERRE DE DUCTUS TIPO MALLA DE NITINOL ASIMÉTRICO CON CATÉTER Y SISTEMA DE LIBERACIÓN	1.- SI DISPONE 15 PUNTOS	
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS	2.- SI CUMPLE..... 15 PUNTOS	
	1. Disponer de poliéster interno para promover la endotelización y oclusión ... 15 PUNTOS		
	2. Si el dispositivo pasa por vainas < ó = a 7F ... 15 PUNTOS		
6 (ORDEN 7)	CIERRE DE DUCTUS TIPO MALLA DE NITINOL SIMÉTRICO CON CATÉTER Y SISTEMA DE LIBERACIÓN	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A. TOTAL PUNTOS: 30	
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS	1.- SI CUMPLE 30 PUNTOS	
	1. Apto para uso en prematuros ... 30 PUNTOS		

EXPEDIENTE: 2025-0-10		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	
SUMINISTRO DE OCLUSORES Y DISPOSITIVOS DE CIERRE DE CARDIOPATIAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION	
LOTE	CONCEPTO	EVOMED, S.L. TOTAL PUNTOS: 15	
7 (ORDEN 8 Y 9)	CIERRE DE DUCTUS TIPO ESPIRAL PARA LESIONES DE TAMAÑO MAYOR A 2 MM, CON CATÉTER Y SISTEMA DE LIBERACIÓN Y CIERRE DUCTUS TIPO ESPIRAL PARA LESIONES DE TAMAÑO ENTRE 1 Y 2 MM, CON CATÉTER Y SISTEMA DE LIBERACIÓN	1.- SI CUMPLE 15 PUNTOS	
	TOTAL PUNTOS HASTA 15 PUNTOS		
	Para ORDEN 8		
	1. Si el dispositivo pasa por vainas < ó = a 5F ... 15 PUNTOS (ERROR MATERIAL: VALORACIÓN A 15 O 30 SEGÚN CRITERIO DE LA MESA)		
8 (ORDEN 10)	CIERRE DE CIV PERIMEMBRANOSAS Y MUSCULARES TIPO COIL CON CATÉTER Y SISTEMA DE LIBERACIÓN	EVOMED, S.L. TOTAL PUNTOS: 30	
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS	1.- SI ES COMPATIBLE 30 PUNTOS	
	1. Compatible con RM de 1,5 a 3 Tesla ... 30 PUNTOS		

EXPEDIENTE: 2025-0-10		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	
SUMINISTRO DE OCLUSORES Y DISPOSITIVOS DE CIERRE DE CARDIOPATIAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION	
LOTE	CONCEPTO	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A. TOTAL PUNTOS: 30	
9 (ORDEN 11)	CIERRE DE OREJUELA IZQUIERDA, CON CATÉTER Y SISTEMA DE LIBERACIÓN	1.- SI DISPONE 10 PUNTOS	
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS	2.- SI DISPONE 20 PUNTOS	
	1. Disponer de alambres estabilizadores en el lóbulo que mejoran la colocación y retención del dispositivo ... 10 PUNTOS		
	2. Disponer de marcas radiopacas en cada extremo y en los alambres estabilizadores para facilitar la colocación ... 20 PUNTOS		
10 (ORDEN 12 Y 13)	CIERRE DE OREJUELAS DE MORFOLOGÍA ATÍPICA CON CATÉTER PREMONTADO Y VAINA O SISTEMA DE LIBERACIÓN PARA DISPOSITIVO DE CIERRE	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A. TOTAL PUNTOS: 30	
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS	1.- SI DISPONE 30 PUNTOS	
	Para ORDEN 12		
	1. Disponer de cánula de acceso: Pebax con marcadores radiopacos de PTFE y Platinium/iridio ... 30 PUNTOS		

EXPEDIENTE: 2025-0-10		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION	
11 (ORDEN 14 Y 15)	CIERRE DE LA OREJUELA DE MORFOLOGÍA BILOBULADA CON CATÉTER PREMONTADO Y VINA O SISTEMA DE LIBERACIÓN PARA OREJUELA	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERIA SL ... TOTAL PUNTOS: 30	
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS	1.- SI DISPONE 30 PUNTOS	
	Para ORDEN 14 1. Disponible en 17 medidas, adaptables a todos los tipos de orejuela ... 30 PUNTOS		
12 (ORDEN 16 Y 17)	DISPOSITIVO DE CIERRE DE CIV PERIMEMBRANOSA Y MUSCULAR DE MALLA DE NITINOL Y SISTEMA DE LIBERACIÓN DISPOSITIVO SEPTAL	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERIA SL ... TOTAL PUNTOS: 15	
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS	1.- SI CUMPLE 15 PUNTOS	
	Para ORDEN 16 1. Que permita su introducción por vainas de 4F a 7F ... 15 PUNTOS 2. Presentación de mayor número de medidas de las solicitadas en el PPT ... HASTA 15 PUNTOS a. Si presenta 8 medidas diferentes ... 0 PUNTOS b. Si presenta > de 8 medidas diferentes se valorará proporcionalmente, otorgando mayor puntuación al licitador que ofrezca el mayor número	2.- PRESENTA 8 MEDIDAS DIFERENTES 0 PUNTOS	