

EVALUACIÓN BASADA EN LOS CRITERIOS CUALITATIVOS DE ADJUDICACION

EXPEDIENTE A/SUM- 008684/2025

OBJETO: SUMINISTRO DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE BICAMERAL, DE MONITORIZACIÓN PROLONGADA DE ELECTROCARDIOGRAMA, DAI SUBCUTÁNEO y ELECTRODOS

EMPRESAS LICITANTES:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. MEDTRONIC IBERICA, S.A. | NIF: A28389484 |
| 2. BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. | NIF: A80401821 |
| 3. EPHYCARDIO, S.L. | NIF: B85315588 |
| 4. BIOTRONIK SPAIN, S.A. | NIF: A28985034 |

Una vez revisada la documentación presentada por los licitadores en cuanto al cumplimiento de los criterios cualitativos evaluables se emite el presente informe:

LOTE 1	DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE BICAMERAL
BIOTRONIK SPAIN, S.A.	<p>NO CUMPLE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA</p> <p>En relación al criterio 1, la ficha técnica facilitada por Biotronik no hace referencia expresa sobreestimulación antes o durante la carga de los condensadores, con cambio automático entre antes y durante en función del éxito de las terapias.</p> <p>En relación al criterio 2, la ficha técnica facilitada no hace referencia al contador de integridad de detección, intervalos VV cortos y modificación automática de la programación para evitar choques inadecuados en caso de disfunciones.</p> <p>El licitador hace referencia a un documento de autobaremación que no incluye en la documentación aportada.</p>



BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	<p>NO CUMPLE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA</p> <p>En relación al criterio 1, en las prestaciones descritas en la descripción proporcionada por Boston Scientific se describe opción de sobreestimulación antes de realizar una descarga pero no expresamente durante la carga de los condensadores como exige el criterio de valoración.</p> <p>En relación al criterio 2 se hace referencia a sistemas de seguridad de artefactos que no incluyen el conteo de intervalos VV cortos y modificación automática de la programación basado en estos.</p> <p>El licitador no ha proporcionado ficha técnica de los productos ofertados y el análisis de criterios de valoración se centra exclusivamente en lo recogido en su propuesta.</p>
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	<p>CUMPLE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA</p>

LOTE 2	DISPOSITIVO IMPLANTABLE DE MONITORIZACION PROLONGADA DE ELECTROCARDIOGRAMA COMPATIBLE CON RM Y CON MONITORIZACION REMOTA
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	<p>NO CUMPLE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA</p> <p>El licitador no cumple el criterio cualitativo evaluable:</p> <p>Recopilación de tendencias de los últimos 14 meses de variables clínicas monitorizadas, almacenando un valor para cada día de carga arrítmica diaria, frecuencia ventricular durante las arritmias, actividad, variabilidad de la frecuencia cardíaca, frecuencia diurna y nocturna. Integración de una marca en estas tendencias si el paciente ha experimentado síntomas</p>



MEDTRONIC IBERICA, S.A.	CUMPLE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
EPYCARDIO, S.L.	<p>NO CUMPLE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA</p> <p>El licitador no cumple el criterio cualitativo evaluable:</p> <p>Recopilación de tendencias de los últimos 14 meses de variables clínicas monitorizadas, almacenando un valor para cada día de carga arrítmica diaria, frecuencia ventricular durante las arritmias, actividad, variabilidad de la frecuencia cardíaca, frecuencia diurna y nocturna. Integración de una marca en estas tendencias si el paciente ha experimentado síntomas</p>

LOTE 3	DESFIBRILADOR AUTOMATICO IMPLANTABLE SUBCUTANEO
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	CUMPLE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

En Madrid, a 19 de Mayo de 2025

Fdo: Dr. Javier Bermejo Thomas
Jefe de Servicio de Cardiología

