

VALORACIÓN PLIEGO CONT. ORINA 2025 - 20250528.xlsx
EVALUACIÓN FINAL

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría acceder al original

Contenedor de recolección y transporte de orina para análisis clínicos y microbiología con sistema de vacío Características técnicas: (SI/NO)	PROVEEDOR			
	PALEX	LAMBRA	NIRCO	AKRALAB
MARCADO CE EN EL ENVASE INDIVIDUAL	SI	SI	SI	SI
Lote 1.- Contenedor de recolección y transporte de orina para análisis clínicos y microbiología con sistema de vacío			NO CUMPLE (NO PRESENTA DECLARACIÓN LIBRE DE LÁTEX)	
Material: Plástico duro, resistente a impactos, libre de látex.	SI	SI		SI
(Documento declaración libre de látex)	SI	SI		SI
Color: Translúcido o transparente.	SI	SI		SI
Volumen: 120 ml (± 20%) con graduación visible cada 10 ml.	SI	SI		SI
Tapa:				
Fácil apertura	SI	SI		SI
boca ancha	SI	SI		SI
con cierre hermético que asegure el no derramamiento del contenido	SI	SI		SI
Con dispositivo de transferencia integrado para la inserción del tubo de orina por sistema de vacío compatible con los tubos que se utilizan en el laboratorio.	SI	SI		SI
Seguridad: Protegido con un sistema de seguridad frente a pinchazos accidentales.	SI	SI		SI
Esterilizado en su interior.	SI	SI		SI
Presentación:				
Embolado individual estéril y transparente	SI	SI		SI
con fecha de caducidad	SI	SI		SI
con nº de lote. .	SI	SI		SI
Etiqueta que advierta del contenido de aguja y riesgo de pinchazo	SI	SI		SI
Documentación y leyendas				
Toda la documentación y cualquier leyenda que figure en el contenedor, tapa o bolsa debe figurar en castellano.				
TOTAL	SI	SI		SI
(NO EVALUABLE)				
Facilidad de apertura	SI	SI		SI
Facilidad de cierre	SI	SI		SI
Facilidad de llenado de los tubos de vacío	SI	SI		SI
Observaciones		Indicar no poner etiqueta sobre la graduación y eliminar la marcas de máx. y mín.		Indicar no poner etiqueta sobre la graduación y eliminar la marcas de máx. y mín.
1.- CRITERIOS EVALUABLES				
Información en cada envase del contenido de aguja y riesgo de pinchazo solo mediante dibujo.				
Información en cada envase del contenido de aguja y riesgo de pinchazo solo mediante texto.	0	10		10
Información en cada envase del contenido de aguja y riesgo de pinchazo mediante texto y dibujo.				
Plazo de entrega en pedidos no urgentes menor que el estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El licitador que oferte el menor plazo de entrega obtendrá la mayor puntuación y el resto proporcionalmente	5	10		10
Posibilidad de escribir con bolígrafo convencional sobre una etiqueta ya adherida o sobre espacio destinado a ello en el contenedor.	0	10		10
TOTAL	5	30		30
EVALUACIÓN FINAL	5	30	NO CUMPLE	30

CAROLINA CAMPELO
GUTIERREZ - DNI
Firmado digitalmente por CAROLINA CAMPELO GUTIERREZ - DNI
Fecha: 2025.05.29 13:07:27 +02'00'

Evaluado por: Campelo Gutierrez.Carolina (FEA Microbiología)

Fecha: 28/05/2025

Evaluado por: Otero Otero.Anabel (Supervisora)

Fecha: 28/05/2025

Firmado digitalmente por HERRERO ALONSO
MARIA DEL CARMEN -

Evaluado por: Herrero Alonso.Maria del Carmen (FEA Análisis Clínicos)

Fecha: 28/05/2025

OTERO OTERO
ANABEL -
Firmado digitalmente por OTERO OTERO ANABEL -
Fecha: 2025.05.29 13:27:40 +02'00'

Evaluado por: Casas Losada. M Luisa (JU Análisis Clínicos)

Fecha: 28/05/2025

CASAS LOSADA M^a
LUISA -
Firmado digitalmente por CASAS LOSADA M^a LUISA -
Fecha: 2025.05.29 18:11:16 +02'00'