

### EVALUACIÓN TÉCNICA

EXPEDIENTE A/SUM-011615/2025

**OBJETO: "SUMINISTRO DE CÁPSULAS ENDOSCÓPICAS PARA EL SERVICIO DE DIGESTIVO DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN".**

**EMPRESAS LICITANTES:**

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. MEDTRONIC IBERICA, S.A. | NIF: A28389484 |
| 2. HOSPITAL HISPANIA, S.L  | NIF: B59078071 |

Una vez revisada la documentación técnica presentada por los licitadores, se emite el presente informe de cumplimiento de los requerimientos exigidos en los Pliegos, para cada uno de los lotes, por parte del Comité de Evaluación.

LOTE 1	CÁPSULA ENDOSCÓPICA PARA ESTUDIO
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	<b>CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO</b>
HOSPITAL HISPANIA, S. L.	<p><b>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el PPT se solicita:</li> </ul> <p>Debe tener indicación pediátrica estando aprobada en niños sin que haya ninguna contraindicación ni parcial ni relativa. <u>Se debe adjuntar certificación del organismo correspondiente.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En la documentación presentada por la empresa:</li> </ul> <p>En la memoria técnica que presenta afirma que está indicada en niños <u>(pero no aporta ningún certificado al respecto ni el manual del fabricante).</u></p> <p>Consultado el manual del fabricante de la NAVICAM se especifica, página 23, apartado 2.4, que la seguridad no ha sido valorada en niños.</p>



<b>LOTE 2</b>	<b>CÁPSULA ENDOSCÓPICA PARA DETECCIÓN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL</b>
<b>MEDTRONIC IBERICA, S.A</b>	<b>CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO</b>

En Madrid, a 12 de Mayo de 2025

Fdo: Dr. Beatriz Merino Rodríguez  
Jefe de Sección de Endoscopia Digestiva

