

**CORRECCIÓN ERROR DETECTADO EN EL INFORME TÉCNICO DEL LOTE 22 DEL EXPEDIENTE PAPC 2025-1-16 RAV SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA RADIOLOGÍA VASCULAR INTERVENCIONISTA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE.**


Detectado error en el Informe Técnico del lote 22 del expediente de referencia, donde pone:

Lote	Descripción Lote	Proveedor	Valoración
			CUMPLE/NO CUMPLE con el PPT
22	Introdutores largos reforzados con coil, completamente radiopacos y con banda radiopaca distal, con recubrimiento hidrofóbico y con dilatadores cónicos y lisos, con válvula hemostática, de 4 a 6 Fr de calibre y 45 a 100 cm de longitud. Rectos y curvados.	LOGISTICA Y SUMINISTROS S.L.	NO CUMPLE (NO TIENE DE 45 CM DE LONGITUD, EL MÁS CORTO ES DE 60 CM)
		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	NO CUMPLE (NO LLEGA A 100 CM DE LONGITUD)
		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	CUMPLE CON EL PPT

**DEBE PONER:**

Lote	Descripción Lote	Proveedor	Valoración
			CUMPLE/NO CUMPLE con el PPT
22	Introdutores largos reforzados con coil, completamente radiopacos y con banda radiopaca distal, con recubrimiento hidrofóbico y con dilatadores cónicos y lisos, con válvula hemostática, de 4 a 6 Fr de calibre y 45 a 100 cm de longitud. Rectos y curvados.	LOGISTICA Y SUMINISTROS S.L.	NO CUMPLE (NO TIENE INTRODUCORES CURVADOS)
		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	NO CUMPLE (NO LLEGA A 100 CM DE LONGITUD)
		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	CUMPLE CON EL PPT

Getafe, 11 de agosto de 2025



Radiología Vascular