

**RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENCIONISTA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE PAPC 2025-1-16 RAV**

**D<sup>a</sup>. MARÍA ZITA QUINTELA GONZÁLEZ, DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE**

En virtud de las atribuciones conferidas según Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación del ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria, (B.O.C.M. nº 222 de fecha 17 de septiembre de 2021).

**CONSIDERANDO**

- Artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual: "Las Administraciones Públicas podrán, así mismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancias de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos".

-Detección de errores en el pliego de prescripciones técnicas que rige el expediente, en concreto en el apartado 2.-CUADRO DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Nº DE LOTE 35) (página 5).

**Donde dice:**

Dispositivo fijador de catéteres específicamente diseñado para evitar el uso de suturas. Con adhesivo acrílico. Sin látex. Hipoalergénico. Radiopacos. Con marcadores de profundidad. Con sistema de anclaje mediante hilo.

**Debe decir:**

Dispositivo fijador de catéteres específicamente diseñado para evitar el uso de suturas. Con adhesivo acrílico. Sin látex. Hipoalergénico. Con sistema de anclaje universal, el mecanismo de sujeción del dispositivo debe utilizar velcro. Tamaño del dispositivo 12x5 cm.

-Artículo 136.2b de la LCSP

**RESUELVE**

**Aprobar las modificaciones efectuadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y la ampliación del plazo de licitación, con la consecuente modificación de fecha de celebración de Mesas de Contratación.**

Getafe,  
DIRECTORA GERENTE

Firmado digitalmente por: QUINTELA GONZALEZ MARIA ZITA  
Fecha: 2025.04.24 11:09