

NOTA INFORMATIVA

EXPEDIENTE: **BIP PAPC 2025-1-15**

OBJETO: SUMINISTRO DE TERMINALES DE ENERGÍA ULTRASÓNICA, BIPOLAR, ELÉCTRICA Y DE ALTA FRECUENCIA PARA CIRUGÍAS AVANZADA ABIERTA, ENDOSCÓPICA, LAPAROSCÓPICA Y ROBÓTICA

LOTE 8: ASPIRADOR COAGULADOR

Detectado error tipográfico en la justificación del segundo criterio establecido

2. Mango liso sin gatillo de cierre o fijación. (10 PUNTOS)

- Donde pone: " *Esta pinza permite la coagulación bipolar de puntos o zonas puntuales de sangrada y debe aplicarse de forma que las palas estén muy próximas para el proceso de fusión pero que no contacten entre sí ya que se bloque el proceso. La ausencia de gatillos o sistemas de fijación facilitan la operatividad del dispositivo.* "
- Debe poner: La ausencia de gatillos o sistemas de fijación facilitan la operatividad del dispositivo.

Servicio de Suministros

