

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Expediente	PA SUM 07 2025 – A/SUM-013861/2025
Denominación	SUMINISTRO DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LA DETECCIÓN ACIDOS NUCLEICOS DEL VIRUS DEL NILO (VNO) EN DONANTES DE SANGRE

PRIMERO – LICITADORES

Las empresas que se han presentado a la presente licitación y que han sido aceptadas son:

NIF	EMPRESA
B61503355	ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.

SEGUNDO – VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Se procede a valorar las ofertas recibidas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los criterios de valoración han sido establecidos de acuerdo con el artículo 145 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, primando la objetividad de aquellos evaluables mediante fórmulas frente a los basados en juicios de valor y garantizando la igualdad de trato, de forma que no se mida la experiencia de los licitadores sino la calidad de la oferta y, su idoneidad con el objeto final del contrato.

Los criterios de valoración basados en aplicación de fórmulas tendrán una puntuación máxima de 40 puntos según lo establecido en la tabla siguiente

Criterio	Puntuación
Facilidad de manejo de reactivos, controles, calibradores y soluciones genéricas: <ul style="list-style-type: none"> Listos para su uso, sin manipulación previa por parte del usuario, 10 puntos No listos, 0 puntos 	10
Estabilidad de reactivos, controles, calibradores y soluciones genéricas: <ul style="list-style-type: none"> Estables a 4° C, su conservación no requiere congelación, 10 puntos No estables a 4°C, requiere congelación, 0 puntos 	10
Conservación de los reactivos remanentes refrigerados tras los análisis en el equipo analítico, manteniendo su estabilidad: <ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento, 7 puntos No cumplimiento, 0 puntos 	7
Equipamiento para la realización totalmente automatizada de las determinaciones en sus diferentes etapas (extracción, amplificación y detección): <ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento, 5 puntos No cumplimiento, 0 puntos 	5

Integración en un solo bloque de todas las operaciones: Dispensación de muestra, dispensación de reactivos, lavados, incubaciones y lectura, evitándose cualquier manipulación y permitiendo una trazabilidad absoluta desde el tubo primario hasta los resultados obtenidos y archivados: <ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento, 5 puntos - No cumplimiento, 0 puntos 	5
Máxima sensibilidad y máxima especificidad: <ul style="list-style-type: none"> - Especificidad mayor o igual a 99.96% - Sensibilidad mayor o igual de 12 copias/ml para el linaje 1 y 6 copias/ml para el linaje 2 del VNO <p>Se dará 3 puntos a aquellas propuestas que cumplan con el criterio exigido, en caso contrario obtendrán 0 puntos</p>	3

En la tabla siguiente se resume la valoración obtenida por cada una de las empresas licitadoras en criterios evaluables por fórmulas:

Licitador	FACILIDAD MANEJO REACTIVOS...	ESTABILIDAD REACTIVOS.....	CONSERVACIÓN REACTIVOS	EQUIPAMIENTO	INTEGRACION	MAXIMA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD
ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.	10	10	7	5	5	3

En Madrid, a fecha de firma de huella

**ANA PAZ
LAFUENTE
GUIJOSA - DNI**

Firmado digitalmente
por ANA PAZ
LAFUENTE GUIJOSA -

Fecha: 2025.05.14
08:56:31 +02'00'

Fdo. Ana Paz Lafuente Guijosa
RESPONSABLE DE SEROLOGIA Y NAT

Firmado por GONZÁLEZ
DÍEZ MARÍA ROCÍO -
***1724** el día
14/05/2025 con un
certificado emitido

Fdo.: Rocío González Díez
RESPONSABLE SEROLOGIA