



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón

Comunidad de Madrid

**EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL SUMINISTRO DE UN ARMARIO DE SECADO Y ALMACENAMIENTO CON TRAZABILIDAD PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN".**

**N. EXP: A/SUM-009446/2025**

**EMPRESAS LICITANTES:**

- **OLYMPUS IBERIA, S.A.**

Vista la documentación técnica aportada por la empresa licitante del procedimiento abierto simplificado abreviado para el suministro de un armario de secado y almacenamiento con trazabilidad para Endoscopia Digestiva del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón", se informa de lo siguiente:

- **OLYMPUS IBERIA, S.A.**

La oferta presenta el modelo EDC PLUS de la marca Olympus. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

Respecto de los criterios de valoración automática la autoevaluación realizada por la empresa es correcta. En esta se asignan 24 puntos, no propone ampliación de la garantía mínima de 2 años exigida en el PPT, por lo que en ese apartado obtiene cero puntos.

EL RESPONSABLE  
DE ELECTROMEDICINA

