



EXPEDIENTE: 2025000028

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de CATÉTERES GUÍAS, SISTEMA DE PROTECCIÓN EMBOLICA CEREBRAL Y CATETER CENTRAL FEMORAL 3 VIAS C/KIT INICIO para el Servicio de Cardiología – Unidad de Hemodinamia Adultos, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	1	CATETER GUÍA FLEXIBLE Y ALTO SOPORTE <ul style="list-style-type: none">- Catéter guía para cardiología intervencionista de 5F (diámetro interno de 0.058"), 6F (0.071"), 7F (0.081") y 8F (0.090").- Material del cuerpo externo de Nylon Vest-Tech reforzada con malla metálica plana de acero inoxidable encapsulada, con material para el segmento distal de Pebax y longitud de segmento distal de 2 cm.- Banda marcadora radiopaca a 3 cm de la punta distal en 5 F y 6 F y a 4 cm de la punta en 7 F y 8F.- Curvas básicas: Judkin izquierda estándar y corta, Amplatz izquierda estándar y corta, Ebu soporte adicional, Judkin derecha estándar y corta, Amplatz derecha estándar y corta.
2	2	EXTENSOR CATÉTER GUÍA <ul style="list-style-type: none">- Extensor catéter guía con varios tamaños, al menos de 4F hasta 6F.- Recubrimiento hidrofílico, capa trenzada de acero inoxidable, segmento de intercambio rápido de 35 cm y diseño con orificios laterales.- Longitud total 150 cm.
3	3	SISTEMA DE PROTECCIÓN EMBOLICA CEREBRAL <ul style="list-style-type: none">- Sistema de protección embólica compuesto por:<ul style="list-style-type: none">. Un catéter de 6 Fr con filtros proximal y distal implantables. Una vaina articulada. Un mango integrado- Posibilidad de implante de filtro proximal en vasos de calibre 9-15 mm y del filtro distal en vasos de calibre 6.5-10 mm.



LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
4	4	CATETER CENTRAL FEMORAL 3 VIAS C/KIT INICIO <ul style="list-style-type: none">- Catéter para recirculación del suero frío para permitir el enfriamiento del paciente y dos luces adicionales para infusión de medicación.- Longitud 38 cm para vía femoral.- Catéter de 9,3 french.- Kit inicio- Compatibilidad al sistema Cool Gard 3000 /Thermogard XP.

ANEXO:

- 1- Se aportará el correspondiente y obligado marcado CE de cada artículo y declaración de conformidad.
- 2- Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso.
- 3- Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
- 4- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de informe técnico.

A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.
- 5- Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con posterioridad.
El procedimiento será:
 - Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha.).
 - Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
 - Nº Procedimiento.
 - Nº de Lote – Orden.
 - Nombre del proveedor.
 - Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
 - Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.
- 6- Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.




- 7- Si durante el plazo de ejecución del contrato, incluido el período prorrogado, disponen de nuevos artículos que incorporen avances o innovaciones tecnológicas y mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo, los adjudicatarios estarán obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados. Asimismo, se puede aceptar ampliación de referencias para un mismo artículo permaneciendo invariable el precio.
- 8- Si procede, relación de equipos a ceder y sus fungibles vinculados (que no estén incluidos en esta licitación), junto con su valoración económica.
- 9- Si procede, los adjudicatarios impartirán cursos de formación. Se realizarán dentro del primer mes desde la firma del contrato y de forma permanente, durante la ejecución del mismo.

EL SUBDIRECTOR MÉDICO
DE SERVICIOS MÉDICOS

Fdo. Fernando Roldán Moll

Fdo. Dr. J.L. Zamorano Gómez
JEFE DE SERVICIO DE CARDIOLOGÍA

Fdo. Dr. F. Roldán Moll
SUBDIRECTOR AREA MÉDICA

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
---	--	----------

P.A. 2025000028

LOTE	N.O.	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no nduido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL (IVA incluido)
1	1	CATETER GUÍA FLEXIBLE Y ALTO SOPORTE	UN	1.176	59,90	70.442,40	21%	14.792,90	85.235,30
TOTAL LOTE 1:						70.442,40	21%	14.792,90	85.235,30

2	2	EXTENSOR CATÉTER GUÍA	UN	29	304,00	8.816,00	21%	1.851,36	10.667,36
TOTAL LOTE 2:						8.816,00	21%	1.851,36	10.667,36

3	3	SISTEMA DE PROTECCIÓN EMBOLICA CEREBRAL	UN	11	2.400,00	26.400,00	21%	5.544,00	31.944,00
TOTAL LOTE 3:						26.400,00	21%	5.544,00	31.944,00

4	4	CATETER CENTRAL FEMORAL 3 VIAS C/KIT INICIO	UN	12	1.822,43	21.869,16	21%	4.592,52	26.461,68
TOTAL LOTE 4:						21.869,16	21%	4.592,52	26.461,68

IMPORTE TOTAL:	127.527,56	21%	26.780,78	154.308,34
-----------------------	-------------------	------------	------------------	-------------------