

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.

**ACTO DE APERTURA DOCUMENTACION PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO**

<b>Expediente:</b>	A/SUM-014935/2025
<b>Denominación:</b>	Suministro de Cámaras de Inhalación con destino a los centros dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria
<b>Tipo de procedimiento:</b>	Abierto simplificado abreviado criterio único precio
<b>Número de lotes:</b>	Único

En Madrid, el día 21/04/2025, se procede al descryptado y apertura del sobre único electrónico que contienen la documentación administrativa, técnica y económica del expediente arriba referenciado (Propuesta de adjudicación si procede).

<b>Presidenta:</b>	Dña. Matilde Gutierrez Vicente – Directora Técnica de Compras, Suministro y Gestión Económica
<b>Secretaria:</b>	Dña. Amaya Martín Hernández – Grupo Administrativo de Contratación Administrativa.
<b>Vocales:</b>	Dña. Carmen Rello Rodriguez - Grupo Técnico Gestion de Contratación Administrativa. Dña. Ana Mª Mellizo Diaz – Grupo Técnico Gestion de Contratación Administrativa.

El acto (no público) comienza con la comprobación de que el sobre se encuentra debidamente encriptado y que ha tenido entrada en la aplicación de licitación electrónica licita@ de la Comunidad de Madrid dentro del plazo fijado en la convocatoria oficial. En el expediente de referencia se han presentado las proposiciones relacionadas a continuación:

NIF	LICITADOR
B58364795	LABORATORIO ALDO-UNION S.L
B30349401	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.
B80213788	OXIGEM S.L.
B61053922	KEYLAB MEDICAL, S.L.
A08432247	LABOLISER, S.A.
B87583019	IBERIAN CARE 2016,SL.

La empresa INTERSURGICAL S.L.U. presenta muestra en registro, pero queda excluida del procedimiento por no presentar oferta a través de la plataforma licit@

Las ofertas económicas registradas a través de la plataforma Licit@, son las siguientes:

Lote	Descripción del lote	Precio unitario licitación (IVA no incluido)	KEYLAB MEDICAL S.L. B83720029	LABOLISER, S.A. B87583019	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L. A08432247	LABORATORIO ALDO-UNION S.L. B58364795	IBERIAN CARE 2016,SL. B80213788	OXIGEM S.L. B30349401
			Precio unitario ofertado (IVA no incluido)					
único	CÁMARA INHALACIÓN FÁRMACOS SIN MASCARILLA	4,25	3,30	3,17	3,80	3,29	3,99	2,94

Evaluada la documentación administrativa de las empresas licitadoras, queda excluida del procedimiento la siguiente empresa:

NIF	LICITADOR	LOTE	MOTIVO
B58364795	LABORATORIO ALDO-UNION S.L	único	No presenta la documentación el <b>ANEXO II. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE MÚLTIPLE</b> , conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Una vez comprobada y valorada la documentación técnica y muestras aportadas por las empresas, se procede a valorar las características técnicas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En el mencionado informe técnico se observa que los licitadores relacionados a continuación quedan excluidos por no cumplir sus ofertas las exigencias del pliego de prescripciones técnicas:

NIF	LICITADOR	MOTIVO
B87583019	IBERIAN CARE 2016,SL.	En el PPT se exige "En el otro extremo, adaptador universal flexible de silicona, que se ajuste completamente sin fugas a los medicamentos inhaladores en cartucho presurizado pMDI, compatible con las boquillas de los distintos dispositivos de medicación (confiriéndole la característica de cámara universal)", mientras que se evidencia fuga de la medicación al aplicar el aerosol del cartucho presurizado por el adaptador trasero. En la documentación técnica no se especifica que esté libre de plomo.
B30349401	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	En el PPT se solicita "compatibilidad de la conexión de la boquilla, estándar de 22 mm, para las mascarillas sin precisar adaptadores intermedios que se puedan extraviar" mientras que no es un conector del diámetro ni forma solicitada. En el PPT se exige "En el otro extremo, adaptador universal flexible de silicona, que se ajuste completamente sin fugas a los medicamentos inhaladores en cartucho presurizado pMDI, compatible con las boquillas de los distintos dispositivos de medicación (confiriéndole la característica de cámara universal)", mientras que se evidencia fuga de la

		medicación al aplicar el aerosol del cartucho presurizado por el adaptador trasero. En el PPT se solicita "válvula unidireccional inspiratoria de silicona" y no cumple la función, siendo el flujo unidireccional continuo, y estando fabricada en polipropileno.
A08432247	LABOLISER, S.A.	En el PPT se solicita "Todas las instrucciones de uso para profesionales y pacientes, si se requieren, así como las fichas técnicas asociadas al suministro estarán en castellano, al igual que el resto de la documentación" mientras que se presentan en otro idioma dentro de la caja y fuera de la caja hay una traducción ininteligible y no adaptada al castellano que podría crear confusión al paciente. Se solicita en el PPT que "El envase y el producto de la muestra, serán idénticos a los productos que se suministrarán. Las muestras con pegatinas o etiquetado superpuesto sobre el contenido o sus características, o que no esté impreso convenientemente en cada envase individual no serán válidas" y en el envase original no consta ninguna de las referencias ofertadas que puedan identificar el producto en relación a la documentación técnica. En el PPT se exige "En el otro extremo, adaptador universal flexible de silicona, que se ajuste completamente sin fugas a los medicamentos inhaladores en cartucho presurizado pMDI, compatible con las boquillas de los distintos dispositivos de medicación (confiriéndole la característica de cámara universal)" mientras que se evidencia fuga de la medicación al aplicar el aerosol del cartucho presurizado, y en cuanto a la composición, no es de silicona, está compuesto por el siguiente material: ABS, PP y TPE. En el PPT. Se solicita "Diseño de estructura estable y que se entregue montada, desmontable para su limpieza" evidenciándose que cuando se desconecta el cartucho presurizado se desmonta la parte trasera. En el PPT se solicita compatibilidad de la conexión de la boquilla, estándar de 22 mm, para las mascarillas sin precisar adaptadores intermedios que se puedan extraviar" mientras que no es un conector del diámetro solicitado, por lo que no se adapta a las mascarillas de ese tamaño.
B80213788	OXIGEM S.L.	En el PPT se solicita "Diseño de estructura estable y que se entregue montada, desmontable para su limpieza" evidenciándose que cuando se desconecta el cartucho presurizado se desmonta la parte trasera. Se solicita "Tapón higiénico sujeto a la cámara para evitar su pérdida" y la cámara presentada no tiene ningún dispositivo que mantenga el tapón unido de algún modo a la cámara. En el PPT se solicita "Todas las instrucciones de uso para profesionales y pacientes, si se requieren, así como las fichas técnicas asociadas al suministro estarán en castellano, al igual que el resto de la documentación" mientras que consta una traducción ininteligible y no adaptada al castellano que podría crear confusión al paciente. En el PPT se solicita compatibilidad de la conexión de la boquilla, estándar de 22 mm, para las mascarillas sin precisar adaptadores intermedios que se puedan extraviar" mientras que no es un conector del diámetro solicitado, por lo que no se adapta a las mascarillas de ese tamaño. Se solicita

		"envase individual con descripción del producto en castellano, marcado CE y fecha de caducidad", mientras que no consta fecha de caducidad en el envase
--	--	---

En virtud de lo anterior, se decide elevar la siguiente propuesta de adjudicación según lo establecido en el artículo 150 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a favor del candidato:

							NIF	Contratista adjudicatario		
							B61053922	KEYLAB MEDICAL, S.L.		
Lote	Descripción del lote	Cantidad	Precio neto Licitación	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote	Precio neto Adjudicación	Importe Adj. lote sin IVA	% IVA	Importe Adj. lote
1	CÁMARA INHALACIÓN FÁRMACOS SIN MASCARILLA	14.000	4,25	59.500,00	21	71.995,00	3,30	46.200,00	21	55.902,00

Posteriormente revisado el resto de documentación aportada y los certificados correspondientes necesarios para poder contratar, se le requiere para que presente: poder bastanteado de los Servicios Jurídicos de la CAM a favor del apoderado que figura en la oferta económica D. Marc Oliva Vila.

Publicándose dicha circunstancia en el tablón de anuncios electrónico de la Comunidad de Madrid ([www.madrid.org](http://www.madrid.org)).

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión el día al principio señalado, extendiéndose la presente Acta de la que como secretaria doy fe, y en prueba de conformidad la firma la Presidenta de la Mesa

Madrid,

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Firmado digitalmente por: MARTIN HERNANDEZ AMAYA  
Fecha: 2025.05.05 13:19

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestiona.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación: