



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

Comunidad de Madrid

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS RESPIRADORES PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN".

N. EXP: A/SUM-009447/2025

EMPRESAS LICITANTES:

- **GETINGE GROUP SPAIN, S.L**
- **LELEMAN, S.L.**

Vista la documentación técnica aportada por las empresas licitantes del procedimiento abierto simplificado abreviado para el suministro e instalación de dos respiradores para el Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón", se informa de lo siguiente:

- **GETINGE GROUP SPAIN, S.L**

La oferta presenta el equipo marca Getinge modelo Servo U. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

Respecto de los criterios de valoración automática, cumple todos los criterios de valoración. En esta se asignan 30 puntos.

- **LELEMAN, S.L.**

La oferta presenta el equipo marca Fritz Stephan modelo EVE IN. Esta oferta no cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

El equipo no dispone de la opción solicitada en el PPT Ventilación no invasiva: presión de soporte y ventilación con regulación neural.

EL RESPONSABLE
DE ELECTROMEDICINA

