



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón

Comunidad de Madrid

**EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES EQUIPOS DE CRIBADO AUDITIVO NEONATAL PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN"**

**N. EXP: A/SUM-006715/2025**

**EMPRESAS LICITANTES:**

- **AMPLIFON IBERICA, S.A.**
- **PALEX MEDICAL, S.A.**

Vista la documentación técnica aportada por las empresas licitantes del procedimiento abierto simplificado abreviado para el suministro e instalación de tres equipos de cribado auditivo neonatal para el Servicio de Neonatología del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón", se informa de lo siguiente:

- **AMPLIFON IBERICA, S.A.**

La oferta presenta el modelo Easycreen de la marca Maico. Esta oferta no cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT por los siguientes motivos.

- La duración de la batería del equipo presentado es de 8 horas, en el pliego se solicita una duración mínima de 10 horas.
- Durante la realización de la prueba de demostración no se ha observado en la pantalla, barras de estado independientes de ruido miogénico y ambiental, tal y como se solicita en el PPT.
- No se cumple el requisito mínimo establecido en el PPT de que los cables de electrodos y auriculares se conectarán directamente al propio equipo, sin necesidad de usar sistemas intermedios. Se ha comprobado que es necesario un adaptador para su uso.

- **PALEX MEDICAL, S.A.**

La oferta presenta el equipo marca Natus modelo Algo 7i. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

Respecto de los criterios de valoración automática, cumple todos los criterios de valoración del equipo excepto la ampliación de garantía. En esta se asignan 24 puntos, no propone ampliación de la garantía mínima de 2 años exigida en el PPT, por lo que en ese apartado obtiene cero puntos.

EL RESPONSABLE  
DE ELECTROMEDICINA

