



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón

Comunidad de Madrid

**INFORME DE MUESTRAS DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO  
ABREVIADO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES EQUIPOS DE CRIBADO  
AUDITIVO NEONATAL PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL  
MATERNO INFANTIL DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO  
MARAÑÓN"**

**N. EXP: A/SUM-006715/2025**

**EMPRESAS LICITANTES:**

- **AMPLIFON IBERICA, S.A.**
- **PALEX MEDICAL, S.A.**

Habiendo terminado el plazo de presentación de muestras del expediente de referencia y una vez revisadas las empresas que se han presentado a la licitación, se informa lo siguiente:

- **AMPLIFON IBERICA, S.A.**

Se hace constar que se ha efectuado la demostración por parte del licitador del modelo Maico Easycreeen, constatando lo siguiente:

- La prueba no permite introducir los datos de manera simultánea a la realización de la prueba, solo deja introducir los datos antes de que se haya realizado la prueba o después de realizada.
- Mientras se realiza la prueba no se observa en la pantalla en barras independientes la interferencia por ruido ambiental y por ruido miogénico.
- Los cables y electrodos necesarios para realizar la prueba no se conectan directamente al equipo, sino que necesitan un adaptador.

- **PALEX MEDICAL, S.A.**

Se hace constar que se ha efectuado la demostración por parte del licitador con el modelo Algo 7i, resultando de forma satisfactoria

Madrid, 12 de mayo de 2025

EL RESPONSABLE  
DE ELECTROMEDICINA

