



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón

Comunidad de Madrid

**EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO CON 4 SONDAS DE EXPLORACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE GANGLIO CENTINELA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN".**

**N. EXP: A/SUM-006699/2025**

**EMPRESAS LICITANTES:**

- **ELECMED MEDICAL SYSTEM SL**

Vista la documentación técnica aportada por la empresa licitante del procedimiento abierto simplificado abreviado para el suministro e instalación de un equipo con 4 sondas de exploración para la detección de ganglio centinela para el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón", se informa de lo siguiente:

- **ELECMED MEDICAL SYSTEM SL.**

La oferta presenta el modelo Sonda Gamma SG04 de la marca Crystal Photonics. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

Respecto de los criterios de valoración automática, cumple todos los criterios de valoración del equipo excepto la ampliación de garantía. En esta se asignan 27 puntos, no propone ampliación de la garantía mínima de 2 años exigida en el PPT, por lo que en ese apartado obtiene cero puntos.

EL RESPONSABLE  
DE ELECTROMEDICINA

