



EXPEDIENTE: 2025000025

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de TÉCNICAS INTRACORONARIAS Y MATERIAL DE DIAGNÓSTICO para el Servicio de Cardiología – Unidad de Hemodinamia Adultos, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	1	CATÉTER DE ECOGRAFÍA INTRAVASCULAR (IVUS) DE ALTA DEFINICIÓN. <ul style="list-style-type: none">- Catéter de IVUS con transductor Rotacional (ultrasonidos) de alta definición (60 Mhz).- Resolución Axial 22µm.- Diámetro Máximo de Penetración 6 mm.- Perfil de Entrada 0.017".- Perfil de Cruce 3.1 F.- Se incluye bolsa estéril.
2	2	CATETER DE TOMOGRAFÍA DE COHORENCIA OPTICA (OCT) <ul style="list-style-type: none">- Catéter de imagen de OCT monorraíl con recubrimiento hidrofílico.- Diámetro externo de 2.7 F y luz de guía de 0.014".- Consola con software con posibilidad de reconstrucción 3D y detección automática del área luminal en cada frame.- Posibilidad de pullback de 54 y 75 mm con velocidad de 180 frames/segundo.- Posibilidad de coregistro simultáneo con la angiografía.
3	3	GUIA DE PRESION CON POSIBILIDAD DE CORREGISTRO <ul style="list-style-type: none">- Guía de presión de 0.014" con recubrimiento hidrofílico.- Con posibilidad de calcular el índice diastólico sin hiperemia (iFR).- Con indicación de clase IA en las guías de revascularización coronaria de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2017.
4	4	GUIA DE PRESIÓN CON POSIBILIDAD DE ESTUDIO DE DIFERENTES ÍNDICES DE RESERVA CORONARIA. <ul style="list-style-type: none">- Guía de presión de diámetro de 0.014", con recubrimiento polimérico e hidrofílico.- Longitud disponible de 175 cm.- Longitud flexible 31 cm y punta radiopaca de 3 cm.- Posibilidad de medición de grabación instantánea o Pullback/retirada.- Posibilidad de realizar angioplastia coronaria, una vez retirado el transmisor.- Conexión inalámbrica con sensor multifuncional que permite la medición de presión y temperatura para el cálculo y medición de índice basal RFR y tras hiperemia FFR.
5	5	CATETER ESTIMULACIÓN CARDIACA DIRECCIÓN FLUJO <ul style="list-style-type: none">- Catéteres de estimulación bipolar con un balón distal y electrodos de platino separados 1 cm.- Longitud total 110 cm- Calibre de 5 Fr.- Jeringa de inflado de 1,5 cc



LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
6	6	GUIA DIAGNÓSTICO VASCULAR VARIOS DIÁMETROS <ul style="list-style-type: none">- Guías para diagnóstico coronario recubiertas de teflón (PTFE) para entrada percutánea y guía de los catéteres diagnóstico en cateterismos coronarios.- Recubrimiento teflonado.- Amplia gama de diámetros 0.018", 0.021", 0.025", 0.030", 0.032", 0.035", 0.038", 0.065"- Forma de la punta de la guía en J o punta recta.

Sobre los artículos:

1. Se aportará el correspondiente y obligado marcado CE de cada artículo y su declaración de conformidad.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. De no ser así, deberán aportar la documentación que justifique que se encuentra en periodo transitorio.
3. Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
4. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de Informe técnico.

A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.
5. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.

En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.

En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con posterioridad.

El procedimiento será:


 - Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha.).
 - Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
 - Nº Procedimiento.
 - Nº de Lote – Orden.
 - Nombre del proveedor.
 - Al entregar en Almacén las muestras se sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
 - Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.
6. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.

Sobre otras cuestiones:

7. Si durante el plazo de ejecución del contrato, incluido el período prorrogado, disponen de nuevos artículos que incorporen avances o innovaciones tecnológicas y mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo, los adjudicatarios estarán obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados. Asimismo, se puede aceptar ampliación de referencias para un mismo artículo permaneciendo invariable el precio.
8. Si procede, relación de equipos a ceder y sus fungibles vinculados (que no estén incluidos en esta licitación), junto con su valoración económica.
9. Si procede, los adjudicatarios impartirán cursos de formación. Se realizarán dentro del primer mes desde la firma del contrato y de forma permanente, durante la ejecución del mismo.

Firmado por ZAMORANO GOMEZ JOSE
LUIS - DNI ***0316** el día
05/04/2025 con un certificado
emitido por AC Sector Público

Fdo. Dr. J.L. Zamorano Gómez
JEFE SERVICIO DE CARDIOLOGÍA

EL SUBDIRECTOR MÉDICO
DE SERVICIOS MÉDICOS

Fdo. Fernando Roldán Moll

Fdo. DR. F. Roldán Moll
SUBDIRECTOR MÉDICO ÁREA MÉDICA

P.A. 20250000025

LOTE	N.C.	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL (IVA incluido)
1	1	CATÉTER DE ECOGRAFÍA INTRAVASCULAR (IVUS) DE ALTA DEFINICIÓN	UN	244	805,00	196.420,00	21%	41.248,20	237.668,20
2	2	CATETER DE TOMOGRAFÍA DE COHORENCIA OPTICA (OCT)	UN	68	1.200,00	81.600,00	21%	17.136,00	98.736,00
3	3	GUIA DE PRESION CON POSIBILIDAD DE COREGISTRO	UN	84	624,15	52.428,60	21%	11.010,01	63.438,61
4	4	GUIA DE PRESIÓN CON POSIBILIDAD DE ESTUDIO DE DIFERENTES ÍNDICES DE RESERVA CORONARIA	UN	175	750,00	131.250,00	21%	27.562,50	158.812,50
5	5	CATETER ESTIMULACIÓN CARDIACA DIRECCIÓN FLUJO	UN	234	95,00	22.230,00	21%	4.668,30	26.898,30
6	6	GUIA DIAGNÓSTICO VASCULAR VARIOS DIÁMETROS	UN	3.180	7,39	23.500,20	21%	4.935,04	28.435,24
IMPORTE TOTAL:						507.428,80	21%	106.560,05	613.988,85