



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Hospital Universitario
Santa Cristina

HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO A/SUM-006246/2025

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE TERAPIA INTERACTIVA PARA LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DE PACIENTES ELA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA –FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- NEXTGENERATIONEU”.



1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente documento es describir las características técnicas que debe reunir la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de terapia interactiva para la unidad de media estancia de pacientes ELA.

1. CONDICIONES GENERALES

Se entiende por equipo el conjunto completo de la máquina o aparato con todos los accesorios imprescindibles para su funcionamiento y se suministrará con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión, accesorios de anclaje o fijación necesarios para un total y correcto funcionamiento. Se entiende también como equipo, el software que incluya su actualización, cuando fuera necesario, así como las licencias de uso.

Se suministrará la última versión tecnológica disponible de los equipos objeto de adjudicación en el momento de la instalación en todos sus componentes, no admitiéndose equipos de segunda mano ni equipos que contengan componentes reacondicionados.

2. CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIÓN MINIMA

- Dispositivo interactivo dedicado a la neurorrehabilitación funcional e intensiva de las extremidades superiores en pacientes con impedimento motor, autismo o daño cerebral.
- Debe permitir la coordinación con ambas manos y la realización de ejercicios motores y cognitivos.
- El dispositivo debe ubicarse en una mesa con regulación y modulación adaptable a la posición del paciente.
- Debe ofrecer una aplicación específica para tratamiento de negligencia hemiespacial.
- Debe ser capaz de ofrecer un área de trabajo adaptable en tamaño y ubicación.
- Debe ofrecer diferentes tests de evaluación del paciente.
- Debe elaborar informes de la actividad motora, ROM, kinematic, heminegligencia.
- Debe elaborar informes objetivos que recojan el historial evolutivo de los pacientes.
- Debe estar adaptado a pacientes de todas las edades, tanto para niños/as como para adultos.
- Debe ser adaptable a pacientes en silla de ruedas.



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Hospital Universitario
Santa Cristina

- Debe ofrecer la posibilidad de realizar las terapias tanto sentados como de pie.
- Debe ofrecer la posibilidad de interactuar con objetos de diferentes formas y colores para facilitar su integración en la vida diaria.
- El dispositivo debe estar catalogado como producto médico con su correspondiente certificado europeo CE.

Resultará aceptable una variación del 5% en los valores indicados en el presente apartado:

Dimensiones y peso:

- Largo x ancho x altura máx. (con inclinación máx.): 1510 x 890 x 1730 mm.
- Peso del dispositivo máximo: 150 kg.
- Alimentación: 110-240V en AC - 50Hz.
- Área de trabajo efectiva (largo x ancho): 930 x 520 mm.
- Altura mínima/máxima de la zona de trabajo sin inclinación: 710/1360 mm.
- Altura mínima/máxima de la zona de trabajo con la máxima inclinación (85°): 500/1730 mm.
- Inclinación mínima/máxima de la zona de trabajo: 0°/85°.



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Hospital Universitario
Santa Cristina

Elaborado el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente al Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado de Suministros N° PASA A/SUM-006246/2025 (sistema de terapia interactiva para la unidad de media estancia de pacientes ELA en el Hospital Universitario Santa Cristina) y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación del Hospital Universitario Santa Cristina.

RESUELVE

Aprobar el presente Pliego de Prescripciones Técnicas para la adquisición de un sistema de terapia interactiva para la unidad de media estancia de pacientes ELA en el Hospital Universitario Santa Cristina (PASA A/SUM-006246/2025).

El Director Gerente

Firmado digitalmente por: VIDAL LACOSTA VÍCTOR
Fecha: 2025.03.25 13:33