

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original

EXPTE. A/SUM-017004/2025

SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES PARA OFTALMOLOGÍA INFORME TÉCNICO

LOTE 1. LENTES INTRAOCULARES DE POTENCIAS ESFÉRICAS (MONOFOCALES)

- La oferta presentada por CARL ZEISS cumple los requisitos técnicos y el Autobaremo es correcto.

LOTE 2. LENTES INTRAOCULARES DE POTENCIAS CILÍNDRICAS (TÓRICAS)

- OFERTA ALCON HEALTHCARE: En los requisitos de las lentes se especifica "sin filtro de luz azul". La lente ofertada tiene filtro de luz azul, por lo que se debería excluir.
- OFERTA BAUSCH: Las lentes cumplen las especificaciones requeridas. El Autobaremo entregado es correcto.

LOTE 3. LENTES MONOFOCALES CON VISION INTERMEDIA MEJORADA

- OFERTA ALCON HEALTHCARE: Las lentes ofertadas no cumplen los requisitos siguientes:
 - Sin filtro de luz azul
 - Contenido en agua inferior al 0.25%
 - Rango de dioptrías disponibles de al menos de +5D a +34D en esfera
- OFERTA JJ SURGICAL VISION SPAIN: Las lentes cumplen las especificaciones requeridas. El Autobaremo entregado es correcto.

Firmado por LUQUE VALENTIN-FERNANDEZ
MARIA LUISA - [REDACTED] el día 09/06/2025 con
un certificado emitido por SIA SUB01

Fdo. M^a Luisa Luque Valentín-Fdez
Jefe de Servicio Oftalmología
Col. 45867