

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, DE EQUIPOS DE ECÓGRAFÍA PARA VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

LOTE 3: ECÓGRAFO PORTÁTIL USO COMPLETO.

OBJETO DEL CONTRATO DERIVADO: 1 EQUIPO PARA EMPLEO EN EL SERVICIO DE NEUROLOGÍA.

ACUERDO MARCO Nº DE EXPEDIENTE:

2024/006

LOTE 3

ECÓGRAFO PORTÁTIL USO COMPLETO

PARA EL SERVICIO DE NEUROLOGÍA.

ADJUDICATARIA

EMPRESA: MATCLINIC, S.L.

PROPUESTA: ECÓGRAFO TEX-20

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

De acuerdo con la Cláusula 16.2 del PCAP, con carácter general, los contratos basados podrán realizarse según lo previsto en el artículo 221.4.a) de la LCSP, sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación. En el caso de que varias de las soluciones seleccionadas en el Acuerdo Marco sean idóneas para satisfacer la necesidad clínica, técnica y/o funcional a cubrir, el criterio de selección entre éstas será el precio

JUSTIFICACIÓN SELECCIÓN.

La propuesta formulada por la empresa licitante Matclinic, S.L., en su oferta variante 1 al lote 3 (Ecógrafo TEX-20), es la propuesta idónea, que satisface la necesidad clínica y técnica del Servicio de Neurología en mayor grado y en todos sus requerimientos, por los motivos técnicos y clínicos que se indican a continuación.

Motivación:

El equipo propuesto como adjudicatario es el idóneo para las necesidades del Servicio de Neurología del Hospital, por disponer de las siguientes prestaciones concurrentes:

Características específicas del equipo que aportan un alto grado de eficiencia y productividad en la capacidad diagnóstica del Servicio:

- El ecógrafo MINDRAY modelo TEX20 seleccionado **dispone de herramientas inteligentes a través de Inteligencia Artificial** que hacen que el manejo del equipo por parte de los usuarios sea más sencillo e intuitivo y, además, se reduzca el tiempo requerido para la exploración con el paciente. Estas tecnologías inteligentes que incluye este equipo de forma exclusiva son:
 - Software para **calcula automático de Lineas B** en Pulmón en tiempo real
 - Software para el **calcula automático de la Fracción de Eyección** en tiempo real

- Software para el **calculo y trazado de la Velocidad Integral Tiempo (VTI) en tiempo real**

- El ecografo MINDRAY TEX20 ofrece también la **posibilidad de conectar al equipo una sonda inalámbrica Phased Array** y que posibilita su uso en dispositivos IOS/Android a pie de cama en diferentes áreas del Hospital, duplicando de esta manera el numero de equipos haciendo ecografías de forma simultanea.

- El ecografo MINDRAY TEX20 ofrece también la **posibilidad de modificar los parámetros del equipo a través de comandos de voz** mediante su tecnología exclusiva iVocal, lo cual hace que los usuarios no tengan que tocar físicamente el equipo y evitar que se rompa el campo estéril en procedimientos ecoguiados.

Parla, 20 de marzo de 2025.

La responsable del Servicio de Neurología.



Azahara Marcos de Vega