

**DE: DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA**

**A: PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERRORES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

---

**CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE PA SUM 25-010 SUMINISTRO DE INFUSORES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA**

Habiéndose observado error en el pliego de prescripciones técnicas PPT en el pliego de cláusulas administrativas particulares PCAP del expediente PA SUM 25-010, para el SUMINISTRO DE INFUSORES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA, publicado el día 12 de mayo de 2025 en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, a continuación, se detalla la subsanación del mismo:

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PPT:**

- **En la página 3, en las Características componentes:**  
Dónde dice:  
Línea de infusión con una longitud de entre 85 y 100 cm, no limitante para el paciente.  
  
Debe decir:  
Línea de infusión con la longitud suficiente y no limitante para el paciente.
- **En la página 4, en las Características componentes:**  
Dónde dice:  
Línea de infusión con una longitud de entre 85 y 100 cm, no limitante para el paciente.  
  
Debe decir:  
Línea de infusión con la longitud suficiente y no limitante para el paciente.

Lo que trasladamos para los efectos oportunos.

Firmado digitalmente por: SARMIENTO BELTRAN GEMA  
Fecha: 2025.06.02 16:47

Fdo: Gema Sarmiento Beltrán  
Directora Gerente  
Hospital Universitario de Fuenlabrada