

VISITA A LAS INSTALACIONES

PROYECTO CIUDAD DE LA SALUD: CONTRATO DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD DE PROTONTERAPIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.

EXPEDIENTE. PA 9-2025 (A/OBR-003784/2025).

Con ocasión de la visita a las instalaciones celebrada el 29 de mayo de 2025, se trasladan a los interesados las cuestiones planteadas y las respuestas ofrecidas, para su general conocimiento y efectos oportunos.

Se informa a los asistentes sobre la complejidad que implica la construcción del búnker, la cual constituye un proceso altamente especializado que requiere un elevado nivel de precisión para cumplir con los requerimientos técnicos definidos por el fabricante y reflejados en el proyecto. Es precisamente esta fase constructiva la que distingue este tipo de obras de otras de naturaleza convencional.

Asimismo, resulta imprescindible asumir el compromiso de cumplir rigurosamente con los plazos de ejecución establecidos, de manera que la infraestructura esté completamente preparada para la instalación del equipo en cuanto el fabricante confirme su disponibilidad para el transporte e instalación.

¿La implantación de la propia unidad está dentro del alcance del proyecto?

No. El transporte, izado, inserción e instalación del equipo de protonterapia son responsabilidad exclusiva del fabricante e instalador del equipo (IBA).

No obstante, corresponde al adjudicatario de las obras garantizar que la ejecución del proyecto cumple con todos los requisitos técnicos y logísticos necesarios para posibilitar dichas operaciones, incluyendo:

- El acceso de los vehículos de transporte de IBA.
- La implantación y operación de la grúa de izado.
- Y el resto de actividades vinculadas a la instalación del equipo de protonterapia.

Dichos requisitos han sido recogidos expresamente en el Proyecto de Ejecución, y se detallan en los siguientes documentos, incorporados como anejos a la Memoria:

- Anejo A12: "Requisitos del Instalador para la entrada, instalación y finalización de la construcción del búnker".
- Anejo A34: "IBA Interface Building Document (IBD), versión 2025-01-04 11_19_01".

¿Existe informe de estructuras sobre la posible afección a los edificios colindantes?

Existe un informe de caracterización sobre la cimentación existentes en la zona del inmueble entre los edificios de Maternidad y Extracciones.

¿Se puede facilitar dicho informe?

Se adjunta el documento. Se aclara que este informe se realizó para la ejecución de la estructura de la fase anterior (Rampa y modificación del acceso a la plataforma logística).