

Este documento es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

EXPEDIENTE:	A/SUM/021811/2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES EN BOTELLA Y NITROGENO LÍQUIDO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Celebrada con fecha 23 de julio de 2025, la Mesa de Contratación da lectura de la valoración técnica de cumplimiento de PPT

FICHA VALORACION TÉCNICA

Nº. EXPEDIENTE: A/SUM-021811/2025.

SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES EN BOTELLA Y NITRÓGENO LÍQUIDO

LOTE ÚNICO: GASES MEDICINALES EN BOTELLA Y NITROGENO LIQUIDO

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
SDAD. ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS	SI	Examinada la documentación presentada por el licitador, se estima que cumple completamente con las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
LINDE GAS ESPAÑA,S.A.	NO	La oferta presentada no se adecúa a las capacidades indicadas en las especificaciones de los productos, no considerandose orientativas . Siendo los casos más significativos los siguientes Nº de orden 1 HEXAFLUORURO DE AZUFRE (SF6) para uso oftalmológico (vitrectomías, desprendimientos de retina, ...); tamaño X5SP: 18,4 bares (15°C) en PPT se pide capacidad de la botella 6,5 kg . Capacidad botella Linde 1 kg. Nº de oden 9 PROTÓXIDO HIPERSECO para uso oftalmológico (glaucoma, desprendimiento de retina, ...); tamaño X10 ; Pgas: 44.4 bar (15°C) en PPT se solicita capacidad de la botella 7,5 kg. En ficha técnica muestra 4,5 kg Nº de orden 14 MEZCLA CALIBRACIÓN 12% O2; 5% CO2: balance nitrógeno, para uso pruebas respiratorias.Tamaño X10; pres. 200 bar (15° C). En PPT se pide capacidad de la botella 2,429 m3.- En ficha técnica 1,5m3 Nº de orden 15 MEZCLA CALIBRACIÓN 0,3% CH4; 0,3% CO; 21% O2; balance nitrógeno, para pruebas respiratorias. Tamaño X40; pres. 200 bar (15°C). En ficha técnica presentada se incluye certificado de analisis que muestra un componente más: Acetileno(0,3%)

San Sebastián de los Reyes, 15 de julio de 2025

Jefa de Sección de Electromedicina

[REDACTED]

Fdo.: Ana Pascual Díaz

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestion.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación:

Quedando excluido de la licitación LINDE GAS ESPAÑA, S.A, por no cumplir con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, a 23 de julio de 2025, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,
F mado d g a men e po MORA NIETO MONTSERRAT
Fecha 2025 07 24 08 27

Fdo.: Montserrat Mora Nieto