



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

Comunidad de Madrid

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ECOENDOSCOPIO RADIAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN".

N. EXP: A/SUM-014452/2025

EMPRESAS LICITANTES:

- **OLYMPUS IBERIA, S.A.**

Vista la documentación técnica aportada por la empresa licitante del procedimiento abierto simplificado para el suministro de un ecoendoscopio radial para Endoscopia Digestiva del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón", se informa de lo siguiente:

- **OLYMPUS IBERIA, S.A.**

La oferta presenta el modelo GF-UE190 EUS GASTROSCOPE de la marca Olympus. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el PPT.

Respecto de los criterios de valoración automática la autoevaluación realizada por la empresa es correcta. En esta se asignan 27 puntos. No propone ampliación de la garantía mínima de 2 años exigida en el PPT, por lo que en ese apartado obtiene cero puntos.

EL RESPONSABLE
DE ELECTROMEDICINA

