

**EXPEDIENTE Nº: 2025-0-025 (A/SUM-022643/2025)**

**"ADQUISICIÓN DE PACKS DESECHABLES PARA TÉCNICA INTRAVÍTREA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR"**

**INFORME DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

Han presentado oferta las siguientes empresas licitadoras:

LICITADOR	RAZÓN SOCIAL
1	OPTIMUM VISION CARE, S.A
2	BASTOS MEDICAL, S.L
3	MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L
4	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.
5	EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, S.A
6	BVI MEDICAL SPAIN, S.L.U
7	MEDICONTUR AVI, S.L.

Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

PRIMERO. - Se comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT, tomando en consideración, tanto la documentación técnica como las muestras presentadas por los licitadores, con el siguiente resultado:

1.- Acreditan cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas:

- OPTIMUM VISION CARE, S.A
- BVI MEDICAL SPAIN, S.L.U

2.- No acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas por los motivos que a continuación se indican:

LICITADOR	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
BASTOS MEDICAL, S.L	Blefarostato de palas cerradas y sólidas.	Con la muestra presentada se comprueba que la pala del blefarostato no es sólida
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	Cubreemesas de plástico/papel con unas dimensiones mínimas de 60x60cm y máximas de 70x70cm. Aceptándose las medidas entre los límites indicados.	Tanto en la ficha técnica como en la muestra presentada, el cubreemesas tiene unas dimensiones de <b>75x60cm</b>
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	Presentación estéril.	La muestra presentada no es estéril, por lo que no puede procederse a su valoración, ya que no puede ser probada en condiciones reales de uso.
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, S.A	Blefarostato de palas cerradas y sólidas.	Con la muestra presentada se comprueba que la pala del blefarostato no es sólida
MEDICONTUR AVI, S.L.	Presentación estéril.	La muestra presentada no es estéril, por lo que no puede procederse a su valoración, ya que no puede ser probada en condiciones reales de uso.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
 mediante el siguiente código seguro de verificación:

SEGUNDO. – Una vez comprobado el cumplimiento de las ofertas con los requisitos exigidos en el PPT, se ha realizado la evaluación de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, conforme a lo indicado en el punto 8.2.2 de la Cláusula 1 del PCAP, con el resultado que se indica en el Anexo I.

Madrid, a

**JEFA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA**

Firmado digitalmente por: CRESPO CARBALLES MARIA JOSE

Fecha: 2025.07.21 08:06

Mª José Crespo Carballes



**PLAN DE CONTINGENCIA EN SUPUESTOS DE RUPTURA DE STOCK DEL PROVEEDOR:**

LICITADOR	Ponderación Hasta 3 PUNTOS	
OPTIMUM VISION CARE, S.A		3 Puntos
BVI MEDICAL SPAIN, S.L.U		3 Puntos

**PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR:**

LICITADOR	TOTAL	
OPTIMUM VISION CARE, S.A		9,40 Puntos
BVI MEDICAL SPAIN, S.L.U		25,00 Puntos

La autenticidad de este documento no se puede comprobar en  
<https://gestionia.comunidad.madrid/csv>  
 mediante el siguiente código seguro de verificación: