

Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

Rdo. Informe técnico del expediente PASC 2025-1-27 BSV SUMINSITRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA BIOPSIA DE MAMA ASISTIDA POR VACIO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE. Vista la documentación del sobre único, en mesa de contratación Acta 19/2025 de 17 de junio de 2025, con la presencia del Jefe de Servicio responsable del expediente.					CUMPLE/NO CUMPLE con el PPT
Lote	Descripción Lote	Núm. Orden	Artículo	Proveedor	
1	Clip de marcacion interna de mama, visible por ultrasonido	1	Clip de marcación interna de mama, visible por ultrasonido	BECTON DICKINSON, S.A.	Cumple, de acuerdo con la documentación técnica presentada por la empresa y corroborada en Mesa de Contratación por responsable del expediente
				QUERMED, S.A.	
2	Fungible para SISTEMA BIOPSIA ASISTIDA POR VACIO PARA ESTEROTAXIA, ECOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA: El adjudicatario de este lote deberá poner a disposición del hospital al menos un equipo de sistema de vacío y dos pistolas para utilización del siguiente fungible.	2	Aguja de biopsia por vacío 10G / 7G estereotaxia	BECTON DICKINSON, S.A.	Cumple, de acuerdo con la documentación técnica presentada por la empresa y corroborada en Mesa de Contratación, por responsable del expediente
		3	Contenedor para sistema de vacío		
		4	Casete de tubos de vacío y aclarado, para sistema de vacío		
		5	Marcador 14G x13cm de titanio para kit biopsia por resonancia		
		6	Marcador 18G x 333.5 mm apto para agujas 7G y 10G. Marcador para agujas de vacío, de hilo de nitinol trenzado, para uso en estereotaxia, altamente visible en todas las técnicas.		
		7	Kit de biopsia por resonancia con aguja 7G / 10G		
		8	Guía para aguja de biopsia 7G y 10G		
		9	Sistema biopsia mamaria por vacío en ecografía: 10G / 12G y 14G vacío. Sistema para biopsia diagnóstica y terapéutica en ecografía con una sola inserción, incorpora cánula, aguja y guía		

Getafe



Jefe Servicio Radiología