



CORRECCIÓN DE ERRORES EN RELACIÓN A:

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SELECCION DE UNA SOLUCION QUE NO ES LA DE MENOR PRECIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL APARTADO 16.2.a DEL PCAP DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, DE EQUIPOS DE ECOGRAFÍA PARA VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CENTROS DEL INGESA

Se ha apreciado el siguiente error, donde se indica como **opción elegida**:

Exp:	2024/006
LOTE:	7
MODALIDAD / TIPO	Tipo 5. Ecógrafo uso ecocardiografía
OPCIÓN ELEGIDA	Philips Ibérica SAU. Oferta variante 1 modelo EPIQ CVx
(DOS UNIDADES) IMPORTE UNIDAD	111.441€ IVA INCL.

Debe indicar:

Exp:	2024/006
LOTE:	7
MODALIDAD / TIPO	Tipo 5. Ecógrafo uso ecocardiografía
OPCIÓN ELEGIDA	Philips Ibérica SAU. Oferta variante 1 modelo EPIQ CVx Philips Ibérica SAU. Oferta variante 2 modelo EPIQ CVx
(DOS UNIDADES) IMPORTE UNIDAD	111.441€ IVA INCL.

Se hace constar que ambas variantes tienen el mismo importe económico y garantía.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
 mediante el siguiente código seguro de verificación: **1055446780790275519326**



La Variante 2 mantiene las especificaciones técnicas de la Variante 1, agregando un software específico adicional como 3D Auto RV y 3D Auto CFQ. Diseñada para cubrir tanto cardiología de adultos como pediátrica avanzada.

En Madrid

Jefe de Servicio de Cardiología Pediátrica



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1055446780790275519326**