

EVALUACIÓN TÉCNICA

EXPEDIENTE: A/SUM-015237/2025

OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN RESPIRADOR VOLUMÉTRICO PORTÁTIL, PARA LA UCI PEDIÁTRICA, DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN".

EMPRESAS LICITANTES:

- | | |
|--|----------------|
| 1. AGENOR MANTENIMIENTOS, S. A. | NIF: A31568397 |
| 2. LELEMAN, S.L. | NIF: B46193827 |
| 3. MINDRAY MEDICAL ESPAÑA, S.L. | NIF: B86029311 |
| 4 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIOMÉDICAS DIREX, S.L. | NIF: B38353900 |

Una vez revisada la documentación técnica y revisados los criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, se emite el presente informe de cumplimiento de los requerimientos exigidos en los Pliegos, por parte del Comité de Evaluación.

LOTE ÚNICO	RESPIRADOR VOLUMÉTRICO PORTÁTIL
AGENOR MANTENIMIENTOS, S. A.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO</p> <p>En el Pliego de Prescripciones Técnicas se solicita lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">El nivel de autonomía de batería se tiene que indicar ya sea en porcentaje de carga o en tiempo de funcionamiento, siendo esta como mínimo 8 horas con la batería cargada al 100% <p>En la Ficha Técnica que presenta: Duración de la batería 280 min (cuando se usa una batería nueva completamente cargada en el modo de funcionamiento típico)</p>

LELEMAN, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO
MINDRAY MEDICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIOMED	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO

En Madrid, a 08 de julio de 2025

Fdo.: Jesús López-Herce Cid
Jefe de Servicio UCI Pediatría