

ACLARACIÓN A CONSULTAS DE LICITADORES

Expediente A/SUM-019395/2025

“SUMINISTRO DE URETERORRENOSCOPIOS FLEXIBLES DESECHABLES, PARA EL H. G. U. GREGORIO MARAÑÓN”.

Para general conocimiento de los interesados en la licitación se publica la **respuesta dada por la Unidad Promotora** de este expediente, a las consultas realizadas por las siguientes empresas:

LÉLEMAN, S.L.

Si el producto ofertado cumple con las especificaciones técnicas del PPT de los dos lotes, y son ofertados al mismo precio, ¿nos gustaría saber si se puede ofertar la misma referencia a los dos lotes del concurso?

Respuesta:

En un concurso público con lotes, un mismo licitador puede presentar ofertas a diferentes lotes, pero no puede utilizar la misma referencia (documento, identificación, etc.) para más de un lote si la naturaleza de los lotes requiere documentación diferenciada para cada uno.

PRESURGY, S.L.

Nuestro Ureteroscopio tiene una profundidad de campo de 5-50mm, entendemos que cumplimos el requisito ya que estaríamos dentro del parámetro: Profundidad de campo entre (3-50mm).

Respuesta:

Se valorará la oferta que presente el licitador según lo especificado en el pliego, respetando íntegramente su contenido y sin modificaciones en las especificaciones técnicas.

Madrid, 24 de junio de 2025

LA JEFA DE SECCIÓN DE
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Firmado digitalmente por: CARRION SANCHEZ MARIA DE LAS NIEVES
Fecha: 2025.06.24 09:06

Fdo.: Nieves Carrión Sánchez



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907655809894031608652**