



Hospital Central de la Cruz Roja
San José y Santa Adela



CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 21/2024 SUMINISTRO DE PRODUCTOS OFTALMOLÓGICOS

LICITADOR: BAUSCH & LOMB, S.A					
CUMPLE SI (X)			MUESTRAS SI (X)		
NO ()			NO ()		
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO:					
Lote 2 - EQUIPO COBERTURA CON FUNGIBLE PARA CIRUGIA CATARATAS POR TÉCNICA CON BOMBA CENTRÍFUGA			Baremación hasta 30 puntos		Valoración
ORDEN 2	EQUIPO COBERTURA CON FUNGIBLE PARA CIRUGIA CATARATAS POR TÉCNICA CON BOMBA CENTRÍFUGA	Tubo de aspiración con reducción de diámetro interno y filtro para partículas mayores de 0,5 mm para mayor estabilidad de cámara en aspiraciones	Cumple	10 puntos	10
			No cumple	0 puntos	
		Manguitos de irrigación del facoemulsificador de silicona que se adapten perfectamente a la aguja y a la incisión. Con dos orificios laterales ovalados para mejor rendimiento con agujas tipo flared y de color semitransparente para permitir visualización a través de ellos	Cumple	10 puntos	10
			No cumple	0 puntos	
		Aguja de facoemulsificación recta de titanio, tipo flared, de TIR 2.0mm o superior y diámetro interno de 0.74-0.95 / diámetro externo de 0.5-0.79mm	Cumple	10 puntos	10
			No cumple	0 puntos	

Madrid, a 21 de julio de 2025

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín
Jefe de Servicio de Oftalmología



Hospital Central de la Cruz Roja
San José y Santa Adela



CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 21/2024 SUMINISTRO DE PRODUCTOS OFTALMOLÓGICOS

LICITADOR: AJL OPHTHALMIC, S.A					
CUMPLE SI (X)			MUESTRAS SI (X)		
NO ()			NO ()		
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO:					
Lote 3 - COLORANTE OFTALMOLÓGICO PARA TINCIÓN DE CÁPSULA ANTERIOR			Baremación hasta 30 puntos		Valoración
ORDEN 3	COLORANTE OFTALMOLÓGICO PARA TINCIÓN DE CÁPSULA ANTERIOR	Ultrapurificado al 0,06%	Cumple	10 puntos	10
			No cumple	0 puntos	
		Pureza	Mayor de 99,75	10 puntos	10
			Menor de 99,74	0 puntos	
		Presentación en cajas individuales para mayor trazabilidad	Cumple	10 puntos	10
			No cumple	0 puntos	

Madrid, a 21 de julio de 2025

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín
Jefe de Servicio de Oftalmología



Hospital Central de la Cruz Roja
San José y Santa Adela



CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 21/2024 SUMINISTRO DE PRODUCTOS OFTALMOLÓGICOS

LICITADOR: BVI MEDICAL SPAIN, S.L.U					
CUMPLE SI (X) NO ()			MUESTRAS SI (X) NO ()		
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO:					
Lote 4 - EQUIPO INTUBACION BICANALICULAR SILICONA CON ASAS			Baremación hasta 30 puntos		Valoración
ORDEN 4	EQUIPO INTUBACION BICANALICULAR SILICONA CON ASAS	Las asas del estilete ayudan a controlar la manipulación durante la inserción y la retracción	Cumple	15 puntos	15
			No cumple	0 puntos	
		Las puntas redondeadas y la funda de nylon permiten que la transición al tubo de silicona sea perfecta.	Cumple	15 puntos	15
			No cumple	0 puntos	

Madrid, a 21 de julio de 2025

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín
Jefe de Servicio de Oftalmología



Hospital Central de la Cruz Roja
San José y Santa Adela



CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 21/2024 SUMINISTRO DE PRODUCTOS OFTALMOLÓGICOS

LICITADOR: MEDICONTUR AVI, S.L					
CUMPLE SI (X) NO ()			MUESTRAS SI (X) NO ()		
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO:					
Lote 5			Baremación hasta 30 puntos		Valoración
ORDEN 5	EQUIPO COBERTURA CON FUNGIBLE PARA TRATAMIENTOS INTRAVITREOS	Tipo de bléfarostato	Hoja sólida temporal recto	5 puntos	5
			Hoja sólida temporal angular	3 puntos	
			Resto	0 puntos	
		Hisopos	Algodón de 2 caras o Hemostetas	5 puntos	5
			Resto	0 puntos	
ORDEN 6	EQUIPO COBERTURA CON FUNGIBLE PARA OCULOPLASTIA	Tamaño de la compresa ocular	Tamaño 75 x 80 cm	10 puntos	10
			Tamaño superior a 75 x 80 cm	5 puntos	
			Resto	0 puntos	
		Gasas/Compresas 10 x 10 cm, 12 pliegues	Cumple	5 puntos	5
			No cumple	0 puntos	
		Gasas 7,5 x 7,5 cm, 6-8 pliegues	Cumple	5 puntos	5
			No cumple	0 puntos	

Madrid, a 21 de julio de 2025

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín
Jefe de Servicio de Oftalmología



Hospital Central de la Cruz Roja
San José y Santa Adela



CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 21/2024 SUMINISTRO DE PRODUCTOS OFTALMOLÓGICOS

LICITADOR: PRÓTESIS HOSPITALARIAS, S.A					
CUMPLE SI ()			MUESTRAS SI (X)		
NO (X)			NO ()		
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO: EL MATERIAL DEL ANILLO DEL NUMERO DE ORDEN 7 NO ES UN COPOLIMERO DE POLIURETANO, SI NO DE TITANIO					
Lote 6			Baremación hasta 30 puntos		Valoración
ORDEN 7	ANILLO DILATADOR DE PUPILA	Dilata la pupila 6,3 mm uniformemente en forma circular	Cumple	10 puntos	
			No cumple	0 puntos	
ORDEN 8	RETRACTORES DE IRIS	Calibre del gancho de 0,2 mm. Longitud total de 10 mm	Cumple	10 puntos	
			No cumple	0 puntos	
		Gancho retractor de iris de nylon / polipropileno	Cumple	10 puntos	
			No cumple	0 puntos	

Madrid, a 21 de julio de 2025

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín
Jefe de Servicio de Oftalmología



Hospital Central de la Cruz Roja
San José y Santa Adela



CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 21/2024 SUMINISTRO DE PRODUCTOS OFTALMOLÓGICOS

LICITADOR: ALCON HEALTHCARE, S.A					
		CUMPLE SI () NO (X)	MUESTRAS SI (X) NO ()		
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO: EL PRODUCTO PRESENTADO EN EL NUMERO DE ORDEN 7 NO ES UN ANILLO DILATADOR DE LA PUPILA, ES UN ANILLO ESTABILIZADOR DE SACO CAPSULAR, CUYO OBJETIVO ES COMPLETAMENTE DISTINTO AL QUE SE REQUIERE CON LA LICITACION DE ESTE NUMERO DE ORDEN.					
Lote 6			Baremación hasta 30 puntos		Valoración
ORDEN 7	ANILLO DILATADOR DE PUPILA	Dilata la pupila 6,3 mm uniformemente en forma circular	Cumple	10 puntos	
			No cumple	0 puntos	
ORDEN 8	RETRACTORES DE IRIS	Calibre del gancho de 0,2 mm. Longitud total de 10 mm	Cumple	10 puntos	
			No cumple	0 puntos	
		Gancho retractor de iris de nylon / polipropileno	Cumple	10 puntos	
			No cumple	0 puntos	

Madrid, a 21 de julio de 2025

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín
Jefe de Servicio de Oftalmología



Hospital Central de la Cruz Roja
San José y Santa Adela



CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 21/2024 SUMINISTRO DE PRODUCTOS OFTALMOLÓGICOS

LICITADOR: BVI MEDICAL SPAIN, S.L.U					
CUMPLE SI (X) NO ()			MUESTRAS SI (X) NO ()		
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO:					
Lote 6			Baremación hasta 30 puntos		Valoración
ORDEN 7	ANILLO DILATADOR DE PUPILA	Dilata la pupila 6,3 mm uniformemente en forma circular	Cumple	10 puntos	10
			No cumple	0 puntos	
ORDEN 8	RETRACTORES DE IRIS	Calibre del gancho de 0,2 mm. Longitud total de 10 mm	Cumple	10 puntos	10
			No cumple	0 puntos	
		Gancho retractor de iris de nylon / polipropileno	Cumple	10 puntos	10
			No cumple	0 puntos	

Madrid, a 21 de julio de 2025

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín
Jefe de Servicio de Oftalmología



Hospital Central de la Cruz Roja
San José y Santa Adela



CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 21/2024 SUMINISTRO DE PRODUCTOS OFTALMOLÓGICOS

LICITADOR: OFTÁLMICA INSTRUMENTS, S.L					
CUMPLE SI ()			MUESTRAS SI (X)		
NO (X)			NO ()		
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO: EN EL NUMERO DE ORDEN 7, EL INSERTADOR VIENE "CONECTADO" AL EXPANSOR, PERO ESTE NO ESTA PRECARGADO; ADEMAS NO DILATA LA PUPILA EN FORMA CIRCULAR. EN EL NUMERO DE ORDEN 8 NO ESTA ESPECIFICADA EN LA DOCUMENTACION APORTADA EL CALIBRE NI LA LONGITUD DEL GANCHO.					
Lote 6			Baremación hasta 30 puntos		Valoración
ORDEN 7	ANILLO DILATADOR DE PUPILA	Dilata la pupila 6,3 mm uniformemente en forma circular	Cumple	10 puntos	0
			No cumple	0 puntos	
ORDEN 8	RETRACTORES DE IRIS	Calibre del gancho de 0,2 mm. Longitud total de 10 mm	Cumple	10 puntos	0
			No cumple	0 puntos	
		Gancho retractor de iris de nylon / polipropileno	Cumple	10 puntos	10
			No cumple	0 puntos	

Madrid, a 21 de julio de 2025

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín
Jefe de Servicio de Oftalmología