

PAS 78-2025 ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS CON SISTEMA INTEGRADO COMPUESTO POR BOMBA DE INSULINA Y MONITOR CONTINUO DE GLUCOSA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE UNICO

LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS						CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)			TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)	
	DESCRIPCIÓN	CODIGO HUSO	REF. DEL LICITADOR	SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE	Posibilidad de programar basales y factor de sensibilidad dentro del sistema de asa cerrado		Pantalla táctil a color en la misma bomba de infusión		
							Si..... 15 ptos. No 0 ptos.	PUNTOS			SINO
AIR LIQUIDE H.E., S.L.	Material necesario para el tratamiento de paciente diabético con sistema integrado por bomba		100013605	SI CUMPLE			SI	15	SI	15	30,00

FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Firmado por DEL OLMO GARCIA
MARIA DOLORES el
día 10/07/2025 con un
certificado emitido por SIA