

Rdo. Informe técnico del expediente PASPC 2025-1-28 HUM SUMINSITRO DE DIVERSO FUNDAS DESECHABLES DE COMPRESION VENOSA EN EXTREMIDADES INFERIORES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE .			CUMPLE/NO CUMPLE con el PPT
Lote	Descripción Lote	Proveedor	
1	<p>Lote 1: Fundas desechables ambidiestras de compresión neumática intermitente, secuencial, gradual y circunferencial para protección frente a TVP. Compuestas por al menos tres cámaras independientes, estancas y fabricadas en un material hipoalérgico, libre de látex, con una estructura mallada que favorezca la disipación del calor y la reducción de la sudoración. Las fundas deben ser blandas, flexibles y con cierre de velcro en toda la superficie para garantizar una adaptabilidad completa a los miembros inferiores. El perfil de compresión aproximado debe ser de 45mmHg en tobillo, 40mmHg en gemelo y 33mmHg en muslo. El adjudicatario de este lote deberá poner a disposición al menos 45 equipos compresores portátiles por uso del fungible, fácilmente adaptables a las camas del hospital y ligeros (&lt;2.5Kg); dotados de información visual, así como alarmas visuales y sonoras que nos indique su perfecto funcionamiento. El compresor debe detectar automáticamente el tipo y número de fundas y el tiempo de retorno venoso para ajustar el siguiente ciclo compresivo.</p>	MEDICAL SOREVAN, S.L.	CUMPLE CON EL PPT
		ACJ, S.A.U.	NO CUMPLE, LA COMPRESION NO ES CIRCUNFERENCIAL Y NO SON BLANDAS NI FLEXIBLES
		PROSAGA, S.L.	CUMPLE CON EL PPT

Getafe, 11/08/2025

Jefe Servicio Cirugia General y Digestivo