

**INFORME TECNICO DE CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES POR APLICACIÓN DE
FORMULAS**

A/SUM-015545/2025 “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES MESAS DE ANESTESIA PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA Y REANIMACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS”.

Revisado el Anexo IV AUTOBAREMO VALORACION DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES POR APLICACION DE FORMULAS presentada por el licitados GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S., con CIF A28061737 y según registro de entrada 57/290229.9/25, presenta el siguiente cuadro:

CARACTERÍSTICAS LOTE ÚNICO – TRES MESAS DE ANESTESIA	HASTA 30 PUNTOS
<p>Arquitectura que proteja la MAC y FiO2, no permitiendo la entrada de aire ambiente para ventilar. Además, separación física del circuito automático y manual, sin intervención de la bolsa de manual en ventilación mecánica para evitar riesgos, por desconexión o desgaste, que puedan dar lugar a fugas.</p> <p>Sí 5 Puntos No..... 0 puntos</p>	<p>5 PUNTOS</p>

<p>Software de trabajo a bajos flujos para evitar mezclas hipóxicas que tenga en cuenta el consumo de oxígeno del paciente e incluya la monitorización del consumo de agente anestésico, tanto en ml/h como en €/h.</p> <p>Sí 5 Puntos</p> <p>No..... 0 puntos</p>	<p>5</p> <p>PUNTOS</p>
<p>Monitorización de la espirometría (presión, flujo, volumen) proximal a paciente (en boca), con sensor específico.</p> <p>Sí 5 Puntos</p> <p>No..... 0 puntos</p>	<p>5</p> <p>PUNTOS</p>

<p>Algoritmo propio y validado que permita monitorizar la analgesia del paciente sin sensores especiales ni equipos externos.</p> <p>Sí 5 Puntos</p> <p>No..... 0 puntos</p>	<p>5</p> <p>PUNTOS</p>
<p>Módulo de transporte de arquitectura abierta que garantice una fácil integración de nuevos parámetros clínicos, actuales y futuros, sin tener que realizar configuraciones adicionales de hardware.</p> <p>Estandarización de la interfaz de comunicación/conexión a través de conectores USB de grado médico que permitan la conexión dinámica de los dispositivos de distintos parámetros clínicos para mejorar la rapidez, simplicidad, adaptación de la monitorización y manejo de pacientes en las diferentes situaciones y/o requerimientos clínicos.</p> <p>Sí 10 Puntos</p> <p>No..... 0 puntos</p>	<p>10</p> <p>PUNTOS</p>

Se comprueba que la información aportada por el licitador de las características técnicas reflejadas en el Anexo IV cumple con los criterios objetivos evaluables por aplicación de fórmulas

en cumplimiento de lo exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas del expediente, y por tanto obtiene la **máxima puntuación de 30 PUNTOS**.

Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente:

María del Pilar Martínez López
Jefa de servicio de Anestesia

Hospital Universitario del Sureste