

## INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Expediente SARA-SUM 063/2025)

Revisado el pliego de prescripciones técnicas del concurso para puesta a disposición de equipamiento de litotricia extracorpórea para el Servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón concluimos (Expediente SARA-SUM 063/2025), la valoración técnica es la siguiente:

**1. Oferta presentada por Dornier Medtech España SL:** Oferta el equipo Dornier Delta III Pro.

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: Cumple todas las características solicitadas en el PPT.

**2. Oferta presentada por CEDYT Sistemas Diagnósticos SL:** Oferta MODULITH® SLK »inline«.

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: NO cumple los siguientes apartados en base a la documentación justificativa que obra en el expediente:

1. - No se trata de un sistema integrado, sino modular. El arco en C no está integrado en la estación MODULITH® SLK »inline«, sino que es un equipo independiente unido de forma mecánica.

2.- No dispone de un sistema de desgasificación continuo del líquido transmisor

Por otra parte, no aporta documentación justificativa que permita evidenciar el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos:

1. - Respecto a la profundidad de penetración, no se especifica si el valor indicado en la memoria técnica hace referencia a la distancia útil medida desde la base del cojín de acoplamiento hasta el punto medio del foco terapéutico como se solicitaba en el pliego de prescripciones técnicas.

2.- Respecto a la posibilidad de poder trabajar el equipo de ultrasonidos de forma independiente, además de trabajar de forma interconectada con el equipo de litotricia, no se aporta documentación que permita constatar esta circunstancia.

3.- Respecto al compromiso de ofertar un curso de formación técnica para el personal de mantenimiento que designe el Hospital, no se aporta documentación que permita constatar este compromiso.

4.- Tampoco aporta fichas técnicas del fabricante que permitan la verificación del cumplimiento de todas y cada una de las prescripciones técnicas, ni aporta Marcado CE de algunos elementos del equipo, como el arco en C STORZ MEDICAL X-FP y ecógrafo SAMSUNG HS 50

Firmado:

Dr Carlos Llorente

Jefe del Servicio Urología

Dra. Clara García Fuentes