

EXPTE: A/SUM-015652/2025

**CRITERIOS TECNICOS DE VALORACION PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA TINCIÓN BÁSICA DE HEMATOXILINA-EOSINA Y LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE HISTOQUÍMICA, INMUNOHISTOQUÍMICA, INMUNOFLUORESCENCIA, FARMACODIAGNÓSTICO POR INMUNOHISTOQUÍMICA E HIBRIDACIÓN IN SITU EN EL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES**

**Puntuación máxima de criterios: Total 40 puntos**

**JUSTIFICACIÓN**

Todos los criterios de valoración están vinculados directamente con el objeto del contrato, en cuanto que afectan a características específicas de los materiales convocados y suponen una mejora sobre las prestaciones base definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El peso de los subcriterios es proporcional a la importancia que estos tienen en cuanto a la mejora que aportan a las características definidas en el Pliego de Prescripciones.

**LOTE 1 Tinción básica hematoxilina-eosina automatizada**

- Se valorará la oferta que presente un **mayor rendimiento**, cuantificado el mismo según el número de portas teñidos, montados y secos, listos para diagnóstico, en una hora. A mayor número de portas mayor rendimiento. Con un máximo de **15 puntos**.

- Igual a 240 o superior portas completados/hora ..... 15 puntos
- 220-239 portas completados / hora..... 10 puntos
- 200-219 portas completados / hora..... 2 puntos

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (pág, párrafo).

- Se valorará aquella oferta que garantice un **menor consumo de alcohol** por 200 portas teñido. Con un máximo de **15 puntos**.

- <1 l/200 portas ..... 15 puntos
- 1-1,9 l/200 portas ..... 10 puntos
- 2-3 l/200 portas ..... 5 puntos
- Inferior a 3 l/200 portas ..... 0 puntos

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (pág, párrafo).

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestion.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación:

- La tecnología digital supone un manejo más sencillo y fácil, lo cual minimiza tiempo y la comisión de errores. Con un máximo **de 10 puntos**.

Manejo a través de **pantalla táctil**:

- Sí..... 10 puntos
- No ..... 0 puntos

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (pág, párrafo).

## LOTE 2 Histoquímica

- Se valorará la oferta que aporte un **catálogo más amplio** de tinciones, además de las indicadas como necesarias en el pliego de prescripciones técnicas, lo que aportaría mayor variedad de técnicas para uso diagnóstico en el servicio. Con un máximo de **20 puntos**.

- Superior a 25 tinciones ofertadas en total ..... 20 puntos
- Entre 18 y 25 tinciones ofertadas en total ..... 10 puntos
- 17 tinciones ofertada en total ..... 0 puntos

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando las tinciones ofertadas.

- Se valorará la oferta que permita un **mayor número de determinaciones por ciclo** de trabajo, optimizando el trabajo del aparato, agilizando el trabajo de los técnicos de laboratorio y minimizando la necesidad de realizar dos ciclos dentro de una jornada laboral. Con un máximo de **10 puntos**.

- 40 ó más tinciones por ciclo..... 10 puntos
- Entre 30 39 tinciones por ciclo ..... 5 puntos
- Entre 20 y 29 tinciones por ciclo ..... 2 puntos

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (pág, párrafo).

- Se valorará la oferta que permita mayor número de tinciones diferentes en un mismo ciclo de trabajo. Se minimiza así la posibilidad de "incompatibilidad" entre las técnicas solicitadas que suponga la realización de dos ciclos diferentes y alargando así el tiempo de emisión de los resultados. Con un máximo de **10 puntos**.

- 14 o más tinciones simultáneas diferentes ..... 10 puntos
- Entre 9 y 13 tinciones simultáneas diferentes..... 5 puntos
- Entre 5 y 8 tinciones simultáneas diferentes ..... 1 punto

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (pág, párrafo).

### LOTE 3 Inmunohistoquímica, Inmunofluorescencia e hibridación in situ

- Se valorará positivamente la oferta que permita una **carga continua** e individual del aparato, permitiendo añadir casos urgentes en caso de necesidad. Con un máximo de **20 puntos**.

- Oferta con posibilidad de carga continua..... 20 puntos
- Oferta sin posibilidad de carga continua ..... 0 puntos

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (pág, párrafo).

-Se valorará positivamente aquellas ofertas con capacidad **para mayor número de determinaciones en un mismo ciclo** de trabajo del equipo, evitando la necesidad de trabajo nocturno. Con un máximo de **15 puntos**.

- 50 o más posiciones ..... 15 puntos
- 40 a 49 posiciones .....12 puntos
- 35 a 39 posiciones ..... 8 puntos
- 30 a 34 posiciones ..... 2 puntos

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (pág, párrafo).

- Se puntuará favorablemente aquella oferta que facilite la posibilidad de determinación de HER2 mediante SISH. Con un máximo de 5 puntos.

- SI ..... 5 puntos
- NO..... 0 puntos

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (pág, párrafo).

### LOTE 4 FARMACODIAGNÓSTICO (HER2, PDL1)

- Aunque hay estudios consolidados de equivalencia entre clones, dado que en origen cada clon de PDL1 ha sido aprobado para el uso posterior de un fármaco concreto y su interpretación es diferente en función de la localización anatómica de la neoplasia. Considerando las opciones terapéuticas disponibles en el Hospital de Móstoles, valoraremos positivamente la disponibilidad de 2 clones. Con un máximo de **20 puntos**

- Se ofrece el clon 22C3 y SP142 ..... 20 puntos
- Se ofrece el clon 22C3 .....10 puntos
- Se ofrece el clon SP142 .....10 puntos
- Se ofrecen clones diferentes a 22C3 y SP142 ..... 0 puntos

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (pág, párrafo).

- Se valorará positivamente la empresa licitadora que ofrezca otros kits de farmacodiagnóstico adicionales. Con un máximo de 20 puntos.

- Se ofrece Farmacodiagnóstico Claudina y NTRK ..... 20 puntos
- Se ofrece Farmacodiagnóstico Claudina ..... 10 puntos
- Se ofrece Farmacodiagnóstico NTRK ..... 10 puntos
- No se ofrece ninguno de los anteriores ..... 0 puntos

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (pág, párrafo).

#### RESPONSABLE DE ANATOMIA PATOLOGICA

Firmado digitalmente por: MEIZOSO LATOVA TELMA  
Fecha: 2025.06.18 09:41

Fdo.: Telma MEIZOSO LATOVA |