

Una vez revisada la información relativa al cumplimiento de prescripciones técnicas del EXPTE.: A/SUM-027275/2025 *"SUMINISTRO DE 20 MONITORES DE CONSTANTES VITALES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL"* se ha observado lo siguiente:

- Palex Medical, S.A. Cumple con las prescripciones técnicas exigidas en dicho expediente.

Evaluados los criterios evaluables de forma automática la puntuación obtenida es **30 puntos**.

- Adiemed Prevention in Diagnostics SL. No cumple con las prescripciones técnicas exigidas en dicho expediente.
  - No capacidad de uso de biosensores y wearables para monitorización de parámetros adicionales.
  - La NIBP y el ECG no disponible para pacientes neonatos.
  - No modo de medición programable o modo STAT (medición continua durante 5 minutos).
  - Puerto de comunicación RJ45 integrado mediante conector USB a RJ45, los conectores USB no habilitados en los ordenadores del Hospital.

San Lorenzo de El Escorial, 1 de septiembre de 2025

Firmado por ABAD GARCIA MARIA  
EUGENIA - \*\*\*1808\*\* el día  
01/09/2025 con un certificado  
emitido por SIA SUB01

M<sup>a</sup> Eugenia Abad García

Directora Enfermería