

ACLARACIÓN A CONSULTAS DE LICITADORES

Expediente A/SUM-017340/2025

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO MONITORES MODULARES PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA (HOSPITAL MATERNO INFANTIL) DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Para general conocimiento de los interesados en la licitación se publica la respuesta dada por la Unidad Promotora de este expediente, a la consulta realizada por la empresa:

ORTOACTIVA, S.L.

Para poder presentar nuestra mejor oferta, necesitaríamos saber qué estación central es la que tienen, marca, modelo, etc.

Así mismo, ¿sería posible cuáles son los monitores que tienen actualmente?

Respuesta:

La central es:

- *Marca: GE Modelo: CARESCAPE CS MAI700*

Los monitores son:

- *Marca: GE Modelo: CARESCAPE B650*

Madrid, 31 de julio de 2025

SERVICIO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Fdo.: Nieves Carrión Sánchez

