

EXPEDIENTE PASA 2025-7-204

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN MOTOR PARA CORTE ÓSEO Y PRESERVACIÓN DE PARTES BLANDAS CON DOS CANALES O PIEZAS DE MANO PIEZOELÉCTRICAS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

INFORME TÉCNICO

PROVEEDOR: Haga clic aquí para escribir texto.

Por favor, para cumplimentar el documento, haga clic en la casilla de la opción que corresponda (en caso de modificación, vuelva a hacer clic para borrar la opción errónea). En caso de incumplimiento, debe justificarse el motivo del mismo. Muchas gracias

MOTOR PARA CORTE ÓSEO Y PRESERVACIÓN DE PARTES BLANDAS CON DOS CANALES:

✓ Equipo piezoeléctrico para el corte selectivo de partes duras con tecnología de ultrasonidos piezoeléctrica, que deberá incluir, al menos, los siguientes componentes:

- ☒ Dos bombas peristálticas independientes, que deberán disponer de, al menos, 5 niveles de caudal.
- ☒ Pedal con cable.
- ☒ Cable de corriente.
- ☒ Dos varillas para soporte de bolsas de solución salina.
- ☒ Dos piezas de mano Piezoeléctricas.
- ☒ Pantalla táctil que presente, al menos, las siguientes características:
 - Debe permitir seleccionar la pieza de mano y el tipo de inserto a utilizar.
 - Debe permitir controlar el nivel de caudal de las bombas peristálticas y ajustar la potencia del motor.
 - Botón de purgado.
 - Control de activación / desactivación del pedal.

☐ Al menos 3 llaves para fijar las puntas del inserto a la pieza de mano.

☒ Maletín de transporte.

✓ ☒ Con dos canales independientes para las piezas de mano.

✓ ☒ El motor deberá disponer de, al menos 5 niveles de potencia.

✓ ☒ El equipo debe permitir utilizar insertos de varias formas y dimensiones, que permitan, al menos, abordar las siguientes técnicas:

☒ Osteotomía.

☒ Osteoplastia.

☒ Perforación.

☒ Terminación (insertos diamantados).

✓ ☒ Deberá disponer de Alarmas que, al menos se disparen en los siguientes casos:

☒ Detección de ausencia de pieza de mano.

☒ Interrupción del cable.

☒ Inserto no ajustado correctamente o roto.

✓ ☒ Deberá disponer de un sistema de seguridad que bloquee el funcionamiento del equipo en caso de fallo o problema técnico, para mayor seguridad del paciente.

CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DE 2 AÑOS: si

CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: cumple PPT

En Madrid, a 29 de agosto de 2019

Firmado por FALAHAT NOUSHZADY FARZIN
- [REDACTED] el día 24/09/2025 con un
certificado emitido por SIA SUB01

Fdo.:

Facultativo Especialista de Cirugía Maxilofacial